

成都市第二人民医院2020年第六批新购及重新采购医用耗材购置清单

包号	序号	项目名称	预购单价	参数
1	1	眼科显微器械	10-9000元	1、器械至少包含抱核镊、透镜镊、缝线结扎镊、巩膜塞、骨锤、海绵钳、角膜剪、角膜移植镊、角膜上皮环锯、角膜上皮滚轮、结膜剪、开睑器、泪道探针、膜瓣镊、双头片铲、眼球摘除剪、撕囊镊、眼内剪、显微眼内视网膜镊、眼内异物镊
2	2	可重复使用呼吸管	2300元/个	1. 婴儿-硅质蛇型管 (30cm-180cm), 2. 重复式集水瓶, 3. 重复式Y
3	3	一次性呼吸管路	400元/个	1、由呼吸回路, 压力监测管、备用波纹管、带22F接头PVC管, 带15F接头PVC管、22M/15F-15M接头组成
4	4	可换钉仓连发钛夹	2100元/条	1、 钛夹可以连发; 2、 中大号钛夹; 3、 钳口可以360度旋转; 4、 可以更换钉仓; 5、 钛钉U型结构; 6、 钛钉内侧十字纹结构; 7、钛钉长7.6毫米, 开口4.3毫米
5	5	一次性使用心电电极	2.8/片	1、粘性泡棉背衬和专有粘性凝胶保证最佳的皮肤接触效果、快速信号采集保障描记质量。 2、至少长达5天留置时间 3、满足各科室使用、舒适, 高性能粘性泡棉背衬和专利压敏胶保障防水性。
	6	粘着性棉布伸缩包带	135元/卷	1、弹力棉布背衬, 背衬强韧, 粘性持久。2、离型纸设计, 标有刻度, 方便按需剪裁。3、剪裁后可用于鼻胃管, 导尿管, 引流管等导管的固定。
6	7	中性粒细胞碱性磷酸酶染色液	230元/盒	用于血液或骨髓细胞涂片的中性粒细胞的碱性磷酸酶染色
	8	过氧化物酶染色液	260元/盒	用于血片或骨髓标本中过氧化物酶的染色
	9	糖原染色液	270元/盒	用于血片或骨髓标本中糖原的染色
	10	尿液干化学分析用质控品	4174元/盒	适用于SYSMEX尿液分析仪
	11	盐水包	3060元/箱	适用于梅里埃vitek2全自动上机细菌药敏稀释用
	12	男性无菌拭子	2000人次	男性分泌物+淋球菌、支原体、衣原体、单孢DNA
	13	一次性病毒采样管	25元/支	用于新冠采样
	14	乙型肝炎病毒DNA检测试剂盒	30.8元/人	用于定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒(HBV) DNA, 适用于ABI 7500仪器用
7	15	棉酚蓝染色液	0.5元/人次	用于观察真菌形态的常规染色剂, 显微镜形态学用
	16	碳青霉烯酶型抑制剂增强试验试剂	8元/人份	用于耐碳青霉烯酶表型分型, 普通视觉观察用
	17	氨苄/舒巴坦(药敏纸片)	0.945/人次	用于补充和印证氨苄西林/舒巴坦体外细菌敏感性检测
	18	头孢唑林(药敏纸片)	0.6元/人次	用于补充和印证头孢唑林体外细菌敏感性检测
	19	头孢噻肟(药敏纸片)	2元/人次	用于补充和印证氨苄西林/舒巴坦体外细菌敏感性检测
	20	头孢哌酮舒巴坦(药敏纸片)	0.945/人次	用于补充和印证头孢哌酮舒巴坦体外细菌敏感性检测
	21	环丙沙星(药敏纸片)	0.6元/人次	用于补充和印证环丙沙星体外细菌敏感性检测
	22	庆大(药敏纸片)	0.6元/人次	用于补充和印证庆大霉素体外细菌敏感性检测
	23	氨苄(药敏纸片)	0.945/人次	用于补充和印证氨苄西林体外细菌敏感性检测
	24	呋喃妥因(药敏纸片)	2元/人次	用于补充和印证呋喃妥因体外细菌敏感性检测
	25	红霉素(药敏纸)	1.38元/人次	用于补充和印证红霉素体外细菌敏感性检测
	26	青霉素(药敏纸)	2元/人次	用于补充和印证青霉素体外细菌敏感性检测。
	27	克林霉素(药敏纸片)	1.4元/人次	用于补充和印证克林霉素体外细菌敏感性检测

	28	万古霉素（药敏纸片）	0.9元/人次	用于补充和印证万古霉素体外细菌敏感性检测
	29	头孢西丁（药敏纸片）	0.9元/人次	用于补充和印证头孢西丁体外细菌敏感性检测
	30	哌拉西林（药敏纸片）	0.9元/人次	用于补充和印证哌拉西林体外细菌敏感性检测
	31	复方SMZ（药敏纸片）	0.10元/人次	用于补充和印证复方SMZ体外细菌敏感性检测
	32	左氧氟沙星（药敏纸片）	1.4元/人次	用于补充和印证左氧氟沙星体外细菌敏感性检测
	33	阿米卡星（药敏纸片）	1.4元/人次	用于补充和印证阿米卡星体外细菌敏感性检测
	34	利奈唑胺（药敏纸片）	1.4元/人次	用于补充和印证利奈唑胺体外细菌敏感性检测
	35	苯唑西林（药敏纸片）	1.4元/人次	用于补充和印证苯唑西林体外细菌敏感性检测
	36	哌拉西林他唑巴坦（药敏纸片）	1.4元/人次	用于补充和印证哌拉西林他唑巴坦体外细菌敏感性检测
	37	头孢他啶阿维巴坦（药敏纸片）	3.4元/人次	用于补充和印证头孢他啶阿维巴坦体外细菌敏感性检测
8	38	柯萨奇病毒A16型检测试剂盒	1790元/盒	用于柯萨奇病毒A16型检测，适用于仁度SAT机器
	39	肠道病毒71型检测试剂盒	1793元/盒	用于肠道病毒71型检测，适用于仁度SAT机器
	40	通用型肠道病毒检测试剂盒	1980元/盒	用于通用型肠道病毒检测，适用于仁度SAT机器
	41	通用型甲型流感病毒检测试剂盒	2100元/盒	用于通用型甲型流感病毒检测，适用于仁度SAT机器
	42	肺炎支原体核酸检测试剂盒	1851元/盒	用于肺炎支原体核酸检测，适用于仁度SAT机器
	43	生殖支原体核酸检测试剂盒	2100元/盒	用于生殖支原体核酸检测，适用于仁度SAT机器
9	44	PTA球囊扩张导管	4500元/个	1、高压球囊，爆破压不低于24个大气压。2、需要通过性和柔顺性好的球囊。3、球囊直径4-12mm，球囊长度2-8cm，球囊推送杆长度40和75两种规格。4、超声显影性要好。
10	45	床旁血滤管路及配件	1800/套	1、高截留分子量滤器，最大可滤过分子量为65000道尔顿，能够有效清除中大分子细胞因子。2、滤器有效纤维长度20.9cm，膜面积1.25m ² ，纤维内部直径200um。最大跨膜压500mmHg，预充量80-100ml。3、能满足血液流速200-300ml/min。4、能够使用或通过转接头可以使用日机装AQUARIUS机型进行血液净化治疗。
11	46	CTO专用重入真腔球囊扩张导管	15490元/个	1、含一个小球囊，用于在杆的远侧尖端进行荧光透视定位。2、导管的远端覆有亲水涂层，与最小内径为0.070in（1.7mm）的6F引导导管兼容，可与内径≤0.014in（0.36mm）的导丝配合使用
12	47	血气生化多项测试卡片	155元/份	适用于雅培300-G血气分析仪配套使用
13	48	血气包、血气测试	730元/盒	适用于理邦血气分析仪配套使用
14	49	呼吸末适配器	300元/个	适用于MOSIMO EMMA配套使用
	50	除颤仪的成人/儿童无创血压袖带	630元/个	配套ZOLL XSERIES除颤仪使用
	51	一次性使用穿刺针套件	2000元/套	需适用骨髓输液通路9058使用
	52	一次性使用喉镜片	90元/片	1、国产 2、须适用TD-C-IV-3可视喉镜使用
15	53	过滤罐	800元/个	1、国产 2、适用于np_320负压担架使用
	54	洁牙机工作尖	350-2838元不等/个	各型号，适合赛特力P5和啄木鸟D5.
	55	超声骨刀刀头	675元/个	各型号，适合啄木鸟DS II
	56	超声骨刀泵管连接	43元/个	金属尖头、可重复消毒、适合啄木鸟DS II
	57	超声骨刀拔除术套	2025元/套	各型号，用于拔牙，适合啄木鸟DS II
	58	超声骨刀上颌窦提升套装	3375/套	各型号，用于上颌窦提升，适合啄木鸟DS II
	59	超声骨刀骨切开套	5400元/套	各型号，用于骨切开，适合啄木鸟DS II
	60	超声骨刀泵管	25元/套	可重复消毒，适合啄木鸟DS II
	61	光固化模型材料	550元/盒	甲基丙烯酸盐组成，工作时间4:30，光固化

62	砂子	380元/瓶	加热包埋用, 适合于正压压膜机
63	膜片剪	415元/把	正压压膜膜片修整
64	膜片	60元/张 (小), 120 元/张(大)	正压压膜硬膜片, 各型号
65	钬激光普通光纤尖	2600元/个	1、石英光纤。2、直径320 μ m
66	钬激光牙周根管特 制光纤尖	3100元/个	1、石英光纤。2、直径200-320 μ m。
67	反光铜片	50元/个	配合钬激光牙科治疗仪使用
68	CELTRA DUO 初始套 装	5364元/套	1、19个瓷块及釉膏, 支持针套装和烧结垫。2、瓷块颜色各色。3 、适用于西诺德CAD/CAM系统
69	Celtra Duo修正瓷	350元/套	1、1、全结晶氧化锆强化的硅酸锂玻璃烤瓷。2、15G装。3、适用 于西诺德CAD/CAM系统
70	齿科陶瓷 CEREC Zirconia	980元/套	1、氧化锆瓷块低透及高透, 4块装。2、尺寸mono L。3、颜色各 色。4、适用于西诺德CAD/CAM系统
71	牙科陶瓷 CELTRA DUO	1130元/套	1、全结晶氧化锆强化的硅酸锂玻璃烤瓷。2、瓷块颜色各色。3、 适用于西诺德CAD/CAM系统
72	右侧圆柱状车针12S	3180元/套	1、圆柱形车针12S, 20mm:StepBur20/6支装。2、适用于西诺德 CAD/CAM修复系统
73	左侧阶梯状车针12S	3180元/套	1、阶梯状车针12S, 20mm:CylinderPointedBur20/6支装。2、适 用于西诺德CAD/CAM修复系统
74	左侧精细阶梯状车	3180元/套	1、平头和尖头超精细车针12。2、适用于西诺德CAD/CAM修复系统
75	铣削粗修车针 Shaper 25 RZ	3280元/套	1、湿加工切割氧化锆, 树脂块及软金属等。2、直径 2.5mm, 3支 装。3、适用于西诺德CAD/CAM修复系统
76	铣削粗修车针 Shaper 25	3280元/套	1、干加工氧化锆模型粗修车针。2、直径 2.5mm, 3支装。3、适 用于西诺德CAD/CAM修复系统
77	铣削精细车针 Finisher 10	2280元/套	1、铣削精细车针直径1.0mm, 3支装。2、适用于西诺德CAD/CAM 修复系统
78	Celtra 通用釉液	156元/支	1、釉液15ml装。2、适用于CAD/CAM修复系统
79	CELTRA通用上釉糊 剂补充装	342元/支	1、上釉糊剂5g装。2、适用于CAD/CAM修复系统
80	Celtra 通用染色上 釉套装	4800元/套	1、适用于金属烤瓷, 氧化锆全瓷, 全锆, 铸瓷上釉。2、适用于 西诺德CAD/CAM系统
81	CEREC Optispray 喷粉	1480元/支	1、喷粉200ml装。2、适用于西诺德CAD/CAM修复系统
82	Denatec冷却润滑液	1480元/瓶	1、1000ml装。2、适用于西诺德CAD/CAM修复系统
83	CELTRA 玻璃陶瓷抛 光套装	2380/套	1、10支/套。2、适用于CAD/CAM修复系统
84	Color Calibration Set OC add-on kit OC 比色校准组件	790元/套	1、真彩取像比色校准组件。2、适用于西诺德CAD/CAM修复系统
85	代型材料比色板 (基牙比色板)	380元/个	适用于CAD/CAM修复系统
86	CELTRA 烧结支撑钉 套装	325元/套	1、不锈钢钉。2、适用于CAD/CAM修复系统
87	霹雳火烧结支架 (单冠支架)	210元/个	1、单冠烧结支架5个装。2、适用于CAD/CAM修复系统
88	霹雳火烧结支持膏	190元/支	1、烧结膏, 适用于睿瓷和霹雳锆。2、适用于CAD/CAM修复系统
89	CEREC研磨仪 过滤 芯/个(侧装型) Filter unit	450元/个	1、智能数控研磨单元配用工具, 侧装型。2、适用于CAD/CAM修复 系统
90	CEREC研磨仪 过滤 芯/个(上装型) Filter unit	450元/个	1、智能数控研磨单元配用工具, 上装型。2、适用于CAD/CAM修复 系统
91	CELTRA 烧结石棉网	152元/个	1、牙科陶瓷辅助工具, 3个装。2、适用于CAD/CAM修复系统
92	霹雳火烧结支架 (桥支架)	250元/个	1、桥烧结支架5个装。2、适用于CAD/CAM修复系统
93	Mirror Sleeve Omnicam 真彩取像 原装纯钛镜头套	19800元/个	1、牙科修复体设计系统辅助部件。2、适用于西诺德CAD/CAM修复 系统
94	CEREC 研磨仪吸尘	315元/袋	1、氧化铝喷砂粉 85 μ m。2、正畸专用口外研磨材料 450g/瓶

	95	Omnicam摄像头金属套筒消毒杯	1080元/个	1、牙科修复体设计系统辅助部件。2、适用于CAD/CAM修复系统
	96	CEREC研磨仪水箱	3957元/个	1、附带侧向2个过滤芯，与DENTATEC 冷却液配套使用。2、适用于CAD/CAM修复系统
	97	CEREC 大容量外置水箱	6800元/个	适用于CAD/CAM修复系统
	98	CEREC大容积水箱滤	490元/个	适用于CAD/CAM修复系统
	99	喷砂粉	310元/瓶	1、氧化铝喷砂粉 85 μ m。2、正畸专用口外研磨材料 450g/瓶
	100	一次性透明套	50元/个	1、PE保护膜。2、尺寸为115mm*42mm，100只/盒
	101	下颌颌叉	4800元/个	1、可高温高压消毒。2、适用于电子面弓系统
	102	MINI颌叉	3750元/个	1、可高温高压消毒。2、适用于电子面弓系统
	103	上颌颌叉	4800元/个	1、可高温高压消毒。2、适用于电子面弓系统
	104	快速咬合定位器	9000元/个	适用于电子面弓系统。
	105	上颌定位器	6300元/个	适用于电子面弓系统。
17	106	针头（银针）	455元/个	1、长度21-28mm。2、银针直径20-25。3、可360° 旋转，适用于热牙胶输送机
	107	热牙胶工作尖	806元/个	1、04，06，08，10锥度的不同尖端型号。2、适用于热牙胶机携
	108	注压牙胶	500元/个	1、标准型。2、100粒每盒装。3、适用于热牙胶输送机
	109	胶片保护袋	520元/个	1、200片装。2、尺寸33*44mm。3、适用于数码胶片
	110	数码胶片	4500元/个	1、尺寸30*40mm。2、6片每盒装
	111	胶片袋	455元/个	1、500片装。2、适用于数码胶片
	112	植入式心脏起搏器	53500.00	1. 脉冲发生器外壳材料为钛，顶盖材料为硅胶。2. 环氧树脂和聚砜，间隔材料为硅胶隔膜。3. 心房心室自动阈值，术中无线遥测 4. 打开腔内图不影响电池寿命。
	113	植入式心脏复律除颤器	105000.00	1. 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，附件为扭矩扳手。 2. 脉冲发生器外壳材料为钛，顶盖材料为硅胶、环氧树脂和聚砜，间隔材料为硅胶隔膜。 3. 电池：锂/银氧化钒电池 4. 最大除颤能量40J 。产品不包括除颤电极。 5. 释放能量40J, 3个通道。 6. T波过感知 7. 电击三合一接口
	114	植入式心脏再同步复律除颤器	140000.00	1. 脉冲发生器外壳材料为钛，顶盖材料为硅胶。2. 电池：锂-银氧化钒电池。 3. 释放能量40J, 3个通道。 4. T波过感知可程控，病人震动报警。
	115	植入式心脏再同步起搏器	61006.00	1. 具有无线电遥测功能。
	116	植入式心脏起搏电极导线	2995.00	1. 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、夹持工具、电极头保护套、直型和J型起搏导线导线组成。 2. 最小的穿刺鞘尺寸
	117	起搏电极导线	2390.00	1. 该产品由一根起搏电极导线、一个与电极导线相连的不透射线的缝合鞘、一个静脉拉钩、两件夹持工具、一个电极头保护套和四根导线组成。 2. 最小的穿刺鞘尺寸6F，导线长度46.52和58cm端环间距10mm，头端电极表面积8.5mm ² 环电极表面积16mm ²
	118	除颤电极导线	12740.00	1. 由1根安装好的导引导线和缝合鞘的电极导线、1个额外的缝合鞘、1个静脉钩、1个电极导线帽、不同硬度的导引导丝、1个导引导丝导向器（漏斗状）、2个夹持工具和1个DF-1插头组成。 2. 除颤线圈距离N/A长度60.65.75cm
	119	左心电极导线	19615.00	1. 该产品由植入式左心室起搏电极导线、缝合套筒、静脉钩、冲洗/穿隧工具、导引钢丝组成。 2. 左心室4极电极
	120	双极临时起搏电极导管(漂浮)	1168.00	1. 由电极导管（含适配器）、电极导管保护套、导管鞘、注射器、穿刺针和电极组成。 2. 带球囊临时起搏
	121	撕开鞘	248.00	1. 撕开鞘由导管鞘和扩张器组成，部分型号规格有导丝、注射器、穿刺针。 2. 制造材料为：导管鞘：高密度聚乙烯；扩张器：高密度聚乙烯；导丝：304不锈钢；注射器：聚丙烯；
	122	剥离式外导引导管	1680.00	1. 该产品由带止血阀的剥离式外导引导管、血管扩张器及阀门旁路工具PL组成。
	123	带止血阀导管鞘	157.00	1. 该产品由导管鞘、扩张器组成，部分规格型号产品带有导丝、穿刺针、注射器和复位套管。
	124	房间隔穿刺鞘	1548.00	1. 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成。 2. 主要材料有聚亚胺酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。
	125	导引鞘管	1616.00	该产品包括导管鞘（鞘座：ABS树脂；鞘管：含BaSO4的高密度聚乙烯；止血阀：硅橡胶、ABS树脂；侧支开关

	126	一次性使用房间隔穿刺针	4200.00	房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针和实心通管丝组成，穿刺针远端弯曲。
18	127	医用透明质酸钠凝胶	360.00	1. 一种不含高热杂质、主要成分由生物发酵产生的透明质酸钠制成的粘弹剂2. AC/囊袋改造稳定3. 注射便捷4. 高粘度、易清洗、易吸出软涂层、保护内皮镜5. 超纯透明质酸、具有最强生物相容性6. 无需冷藏7. 有效保护前房和囊袋8. 可控撕囊术9. 植入便捷10. 超乳手术过程中角膜内皮粘合力好
	128	预装式非球面后房人工晶体	4650.00	1. 全预装式非球面后房人工晶体2. 光学部材质：疏水性丙烯酸酯
19	129	医用升温毯	218.00	1、 国产 2、 材质：SMS溶喷非织造材料，材质柔软舒适，可与患者皮肤直接接触。 3、 工艺：采用高周波复合热熔压合技术，以保证升温毯的透气性。 4、 外观：无毛絮等缺陷，垫毯具有排液孔及两侧压虚线设计，截石位毯具有包裹腿部设计。 5、 无菌：所有毯型均为辐照灭菌。 6、 体表升温毯能与皮肤直接接触。
	130	气道导管麻醉联合包	188.00	一、气管插管：1. 型号：普通型、加强型 2. 数量：任意1根 4. 气管插管应标志清晰无毛刺，管口平整光滑 二、吸引管：1. 规格1000mm~1800mm 2. 1根 3. 吸引管外表面应光洁透明，无异物、杂质，管口平整光滑 三、吸痰管：1. 规格：F8-F20 2. 数量：任意1~2根 3. 吸痰管表面应光洁、清洁、无裂纹，塑化均匀透明，侧孔无毛刺 4. 吸痰管的全长为380mm~600mm，孔距为6mm~15mm，侧孔数为2个 四、橡胶外科手套：1、规格：6.0~8.0 2、数量：任意1副 3、橡胶外科手套不允许有严重影响使用的外观缺陷 4、橡胶外科手套进行漏水试验时不应漏水 五、球囊充起器：1. 规格：10ml、20ml 2. 数量：1~2支 3. 球囊充起器应刻度清晰，无毛刺、无污点 4. 器身密合性：球囊充起器在推拉过程中外套与活塞接触的部位不得有漏液现象。 六、脱脂纱布片：1. 规格：7×7 8层 2. 数量：1~6片 3. 脱脂纱布片应色泽洁白，无臭、无味、无色斑污点，无杂纤维 4. 脱脂纱布片的长、宽均为7cm±1cm 七、透气胶带：1. 规格：1.5cm×30cm2.5cm×10cm 2. 数量：1~2片 3. 透气胶带应清洁、无污迹、无脱胶点，背衬应无渗胶 八、喉镜片：1. 规格：大号、中号、小号 2. 数量：1只 3. 喉镜片应平整光滑无毛刺 4. 与可视喉镜配套使用 九、治疗巾：1. 规格：90cm×80cm 2. 数量：1片 3. 治疗巾应采用无纺布制成，表面应平整无破损、色泽均匀无杂黑 4. 治疗巾的尺寸应为90cm±6cm×80cm±8cm
	131	电子镇痛泵	205.00	由输注控制器、储液盒、药液管道组成。储液盒标称容量300ml，持续范围0，1—30ml/h；追加0.5—30ml/h；锁时0—120分钟；限量0—35ml/h。稳定精确性±10%。具有多种输注选择治疗功能，输注控制器即控制及保护装置，可重复使用。产品具有排气功能，科快速排除输注前储液盒和管道内的气体。还具有定量报警、阻塞报警、气泡检测报警、限量报警、药盒固定报警、无管道报警、低电压报警、更换电池报警、设备故障报警。其特点还有通过马达驱动镇痛泵、间歇运动、内部直流低压提供能量、数字电子速率控制。外壳防护等级：IP51，其意义为：

	132	注药泵配用液袋	240.00	1、国产 2、具备持续给药、时辰给药功能 3、设置范围1-50ml/h, 容量150ml、300ml 4、具备自检、密码锁、键盘锁功能 5、具备信息记录功能, 可保存最多99次运行记录 6、具备输液阻塞、极限量、气泡输入报警功能
	133	一次性使用呼吸过滤器	55.00	1、推荐潮气15-1500; 2、湿化效果10.2mg; 3、阻力0.115kPa; 4、过滤率99.9%; 5、死腔60ml
20	134	吸入性和食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒	3072.00	1、一次性可处理48个及以上样品, 可支持市场上所有免疫印迹膜条实验自动化检测程序; 2、有跳步功能: 有, 可在仪器运行过程中暂停, 随意跳转到任一操作步骤; 3、分液通道及分液体积: 分液通道5个及以上; 分液体积0.5ml-100ml, 调节精度0.1ml; 4、检测步骤:12个及以上且每个步骤能多次循环; 5、可存储检测程序50个及以上, 支持程序的编辑、添加、删除等自定义操作, 即时切换, 灵活便捷; 6、注册产品标准: 分液准确性 $\leq \pm 10\%$;重复性偏差 $\leq 5\%$; 液体残留量 $\leq 20\mu\text{l}$; 8、温育槽: 仪器可自由设定反应槽的起始位置, 节省耗材; 9、加样清洗方式: 试剂泵及废液泵均为专业蠕动泵, 避免真空泵将膜条带入其他试剂槽, 避免交叉污染; 10、智能吸液技术: 零距离接触, 吸样针外壁无携带液体, 有效避免污染; 11、试剂瓶设计: 内置试剂瓶, 有效节省实验室空间, 且每个试剂瓶均有详细刻度设计, 达到精准配液, 底物试剂瓶配套遮光筒; 12、液体处理方式: 单通道吸液处理, 试剂槽倾斜设计, 可随意调整倾斜角度, 摇床振荡方式: 摇摆角度2档可调, 3种速度可选; 13、漏液保护 漏液保护通道, 有溢液孔和溢流瓶设计; 14、时间范围设定: 单步孵育无限定, 调节精度1分钟; 孵育分析总时间无限定;
	135	可折叠一件式人工晶状体	1980.00	1、国产。 2、一件式/后房人工晶状体, 可折叠, 襻形为L型。 3、光学设计: 单焦, 非球面。 4、光焦度: $-10.00^{\circ} \sim +36.00^{\circ}$, 每0.5D一个间隔。 5、材质: 疏水性丙烯酸酯。 6、光学部类型: 双凸、后凸明显, 高次非
	136	聚乙烯醇栓塞微球	19800.00	1. 国产。 2. 表面光滑, 大小均一的聚乙烯醇球形。
	137	血糖试纸	3.10	1. 血样: 适用于毛细血管血, 静脉血, 动脉血, 新生儿血的检测 2. 检测原理: 葡萄糖脱氢酶法 3. 检测时间: 小于4秒 4. 精准度: 符合ISO15197: 2013 5. 开封后效期: 不受开盖影响 6. 血样量: 小于0.6微升 7. 红细胞压积: 10%--65% 8. 血糖测试范围: 0.6—33.3mmol/L 9. 系统零件: 血糖仪, 软件 10. 操作温度: 4-45° C 11. 采血
	138	导引导丝	930.00	1、304不锈钢的芯丝, 铂/钨合金丝与304不锈钢共同制成的绕丝。 2、芯丝外表有PTFE涂层, 绕丝外表有硅涂层和亲水涂层两种。 3、外径: 0.014英寸, 长度: 180cm-300cm。 4、可与DOC延

21	139	快速交换球囊扩张导管	2954.00	1、球囊直径：1.25mm-4.00mm;球囊长度6mm-30mm 2、1.25球囊折叠方式为零折叠，球囊通过外径为0.020英寸，球囊标记带外径为0.0235英寸 3、1.5mm以上球囊采用的MiniWrap折叠技术，保证球囊有出色的通过性和再回报能力 4、具有MicroBrite标记带，保证标记带精确的指示工作长度 5、球囊推送杆内的过度钢丝阶段性地变细，有助于更强的推送力的传递 6、短小灵活的FasTrac头端设计，使导丝出色地过渡到头端，并且头端外径仅为0.41mm (0.016")
	140	生物降解药物涂层冠脉支架系统	7600.00	1、支架直径：2.5mm-4.00mm;支架长度10mm-35mm 2、支架材质：不锈钢，药物涂层：雷帕霉素 3、完全可降解的载药层，可以有效的降低再狭窄率
	141	血管造影导管	170.00	1、直径：6-7F，长度：100cm-120cm 2、单层不锈钢丝编织 3、导管内外层需要采用高强度聚胺酯材料 4、需要配有柔软头端
	142	压力泵装置	728.00	1、精准的设计保证精准的压力调整，SURE GRIP扭控手柄 2、具有快速释放压力的扳机设计 3、设计是符合人力工程学：如手枪式设计 4、夜光表盘设计，方便术者读取压力数值
	143	药物洗脱冠脉支架系统	14848.00	1、支架直径：2.25mm~4.00mm;支架长度8mm~30mm 2、支架药物涂层有Zotarolimus和Biolinx组成，Biolinx外层亲水，内层亲脂，保证了支架与血管良好的生物相容性 3、支架丝为圆形，保证手术中支架与其他器械发生刚蹭，增加导丝rewire时的成功率 4、3.0支架最大单元环扩张直径3.7mm，保证分叉手术的成功 5、独特的短模块、无锐缘设计使支架顺应血管的自然弯曲
	144	指引导管	902.00	1、管型：EUB、JL、JR、SAL、MAC、AL; 直径：5-8F 2、需采用Full-Wall技术融三层为一层，保证1:1扭矩传导以及优秀的抗折能力、支撑性 3、6F指引导管内径为0.071英寸 4、指引导管头端需要柔软，保证安全性 5、5F & 6F：标志带离头端3mm、7F&8F：标志带离头端4mm，保证手
	145	一次性使用血管内抽吸导管	3490.00	1、直径：6F，内径0.043英寸，有助于高效的抽吸效率 2、抽吸导管为双腔导管 3、增强交换腔防撕裂强度，术中可反复抽吸 4、近端低密度编织，提供支撑力和推力，远端高密度编织，提供柔顺性
22	146	医用透明质酸钠凝胶	97.00	1. 国产。 2. 成份：主要是透明质酸钠。透明质酸是由葡萄糖醛酸和乙酰氨基己糖组成双糖单位聚合而成的一种高分子粘多糖。透明质酸钠是以微生物发酵法制备。 3. 性状：无色澄明的凝胶。 4. 规格：1ml。 5. 浓度：17mg/ml。 6. 包装：一次性玻璃注射器。 7. 特点：中等分子量（150万-200万），中等偏高浓度、较高粘弹性以及内聚性、术后易清除，适用多种眼科手术。
	147	骨水泥注入器	440.00	金属材料采用医用级不锈钢S30408，手柄部分采用高分子材料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）或聚碳酸酯（PC）。
	148	球囊	11620.00	球囊体材料为聚氨酯，标记环材料为铂金（铂90%、铱10%），连接管为聚氨酯，球囊坐椅芯针坐为聚碳酸酯（PC），芯针为不锈
	149	实心椎体钻	1445	球囊体材料为聚氨酯，标记环材料为铂金（铂90%、铱10%），连接管为聚氨酯，球囊坐椅芯针坐为聚碳酸酯（PC），芯针为不锈
	150	旋转穿刺针	630.00	金属部分采用不锈钢S30408，手柄部分采用高分子材料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）或聚碳酸酯（PC）。
	151	带表加压器	1092.30	金属部分采用不锈钢S30408，手柄部分采用高分子材料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）或聚碳酸酯（PC）。
	152	避光/不避光压力延长管	15.00	三通材料为聚碳酸酯（PC），高压管为尼龙强化聚氨酯软管，针筒为聚碳酸酯（PC），压力表为黄铜、不锈钢S30408，锁紧螺母手柄及活塞手柄为玻璃纤维尼龙（PA6），橡胶圈、密封圈为（三

153	避光注射器	15.00	1、采用独特双层复合注塑工艺，先注塑内层透明层，再注塑外层避光外套，可以使药液与避光剂完全隔离，避免药液污染，采用进口避光剂，避光外套避光率达90%。 2、避光外套，避光外套应有足够的透明度。避光外套与注射器外套之间应有足够的附着强度，以保证抽注液体时避光外套与注射器外套之间不脱离。使供试注射器的芯杆和避光外套之间经受表5的静态轴向拉力并持续15s，注射器外套和避光外套之间应不脱离。 3、脱色，避光注射器外套应不掉色。 4、器身密合性,将注射器吸入公称容量的水，密封锥头孔后,对芯杆施加表4规定的力作用30s+5s,观察漏液现象，外套与活塞接触的部位不得有漏液现象。从锥头孔处抽吸空气达到88KPa负压时，维持60s+5s，目力观察，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离。 5、可萃取金属含量 注射器的浸取液与空白对照液对照，铅、锌、锡、铁的总含量应不大于5μg/mL，镉的含量应不大于0.1μg/mL。 6、酸碱度 注射器浸取液的pH值与同批空白对照液对照pH值之差不得超过1.0。 7、环氧乙烷残留量 注射器环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
154	超低密度输液器	12.00	1. 超低输液器（精密） 2. 超低密度聚乙烯材质（不含DEHP） 3. 过滤介质标称孔径为2.0μm~ 5.0μm（包括2.0μm、5.0μm）的药液过滤器，药液过滤器滤除率应不小于90% 4. 在（23±2）℃，流速为（50±10）滴/min的条件下，滴管滴出20或60滴蒸馏水应为（1±0.1）mL或（1±0.1）g 5. 滴管为60滴/mL的输液器，对于过滤介质标称孔径在2μm~5μm（包含2μm和5μm）的输液器在1m静压头下，40 min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ（NaCl）=9 g/L]应不少于500mL；对于过滤介质标称孔径小于2μm输液器在1m静压头下，40 min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ（NaCl）=9 g/L]应不少于180mL 6. 钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过1.0μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL 7. 每套输液器环氧乙烷残留量应不大于0.5mg 8. 无菌，细菌内毒素：每套输液器的细
155	冲洗器	0.90	该产品主要由注射器（冲洗用）、冲洗针（平头冲洗针或尖头冲洗针）和保护套组成。适用于临床进行鼻泪管和口腔的清洗。本产品应贮存在无腐蚀性气体通风良好、远离含氯类消毒物品的环境中，本产品在运输过程中要谨防重压，阳光直射和雪雨浸淋。
156	带针可吸收性外科缝合线（单针单线）	39.00	1、产品性能：线体柔软便于打结、线体光滑通过人体组织比较顺畅、线体多股编织结断强度大。 2、线体化学组成：由90%的乙交酯和10%的丙交酯聚合而成的多聚酞醇化合物，有涂层。 3、体吸收时间：28天失去张力，失去张力的PGA线要在60~90天才会完全被水解吸收，满足组织愈合时间。 4、规格齐全：10/0至2#，常用规格为5/0至1#。配针为圆针40MM1/2弧。 1) 灭菌彻底：线体吸后可抑制细菌再生。
157	带针可吸收性外科缝合线（双针双线）	64.00	1、产品性能：线体柔软便于打结、线体光滑通过人体组织比较顺畅、线体多股编织结断强度大。 2、线体化学组成：由90%的乙交酯和10%的丙交酯聚合而成的多聚酞醇化合物，有涂层。 3、体吸收时间：28天失去张力，失去张力的PGA线要在60~90天才会完全被水解吸收，满足组织愈合时间。 4、规格齐全：10/0至2#，常用规格为5/0至1#。配针为圆针40MM1/2弧。 1) 灭菌彻底：线体吸后可抑制细菌再生。

158	多穿刺器式输液器	1. 28	1. 双接头穿刺输液器，避免药液发生配伍禁忌。 2. PVC材质 3. 药液过滤器：输液器应有一药液过滤器，过滤器对胶乳粒子的滤除率应不小于80% 4. 滴管为60滴/mL，输液器在1m静压头下，40min内输出氯化钠溶液 [质量浓度为 $\rho(\text{NaCl}) = 9\text{g/L}$] 应不少于1000mL。 5. 钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过$1.0\mu\text{g/mL}$ 6. 每套输液器环氧乙烷残留量应不大于0.5mg 7. 无菌，细菌内毒素：每套输液器的细菌内毒素含量应不大于20EU。 8. 接头采用国际标准的6：100的鲁尔接头，确保接头与注射器及静
159	换药包	2. 45	基本配置：托盘、纱布、棉球。 选用配置：镊子、酒精棉棒（片、球）、碘伏棉棒（片、球）、方巾、洞巾、操作台布、PE手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、手术刀片、配药碗、止血钳。 适用范围：适用于临床换药。本产品应贮存在无腐蚀性气体，通风良好、远离含氯类消毒物品的环境中。本产品在运输过程中要谨防重压，阳光直射和雨雪浸淋。
160	回缩式静脉留置针	32. 00	1. 供插入人体的外周血管静脉系统连续输液用。 2. 独立的针管回缩式安全保护组件。可最大程度的保护医护人员安全，有效防止针刺伤与交叉感染。操作过程中完全杜绝针刺伤、操作过程中完全防止血液污染。 3. 套管采用FEP材料制成，具有优异的生物相容性，且便于穿刺。 4. 密闭式设计：操作方便，密闭性优良，完全避免血液污染。 5. 规格齐全 6. 白色隔离塞避免穿刺漏液：撤针后左右胶体自动密闭，避免因钢针穿破隔离塞胶体而产生漏液。 7. 三通采用透明材质可有效观察回血及排气情况。 8. 肝素帽可视度高，嵌入式的高密度橡胶体不采用任何化学粘结
161	静脉留置针	12. 60	1. 本产品用于留置患者静脉连续输液。 2. 本产品连管采用PVC材料制成。 3. 本产品规格齐全，可选用肝素帽或输注接头，既可与输液器进行有针连接，又可与输液器进行无针连接。 4. 套管采用FEP材料制成，具有优异的生物相容性，且便于穿刺。 5. 密闭式设计，在穿刺和维护时最大程度的减少临床操作人员与血液的接触，减少因血液暴露而感染疾病的危险。 6. 适用于临床所有科室。 7. 留置套管不含DEHP。 8. 三通采用透明材质，可有效观察回血及排气情况。 9. 肝素帽可视度高，嵌入式的高密度橡胶体不采用任何化学粘结剂，可穿刺截面大，避免针滑脱，避免针刺伤。
162	输血器	1. 52	1、瓶塞穿刺器和进气器件(如果使用)：能刺透未穿刺过的血液及血液成分用容器的瓶塞。穿刺过程中宜不引起落屑。 2、瓶塞穿刺器的尖部：光滑无毛刺 3、管路：由塑性材料制成的管路透明或足够透明，当有气泡通过时可以用正常或矫正视力观察到水和空气的分界面。 4、输血器应有一血液及血液成分过滤器，过滤器网孔应均匀，总面积应不小于10cm^2。过滤器上的固体残渣应不少于标准过滤器上的80% 5、流量调节器：在一次输中持续使用而不损伤管路。流量调节器和管路接触在一起贮存时不产生有害反应。 6、保护套：输血器终端保护套保持瓶塞穿刺器、外圆锥接头和输血器无菌。保护套宜牢靠，但易于拆除。
163	输液器	0. 65	1. PVC材质 2. 药液过滤器：输液器应有一药液过滤器，过滤器对胶乳粒子的滤除率应不小于80% 3. 滴管为60滴/mL，输液器在1m静压头下，40min内输出氯化钠溶液 [质量浓度为 $\rho(\text{NaCl}) = 9\text{g/L}$] 应不少于1000mL。 4. 钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过$1.0\mu\text{g/mL}$。 5. 每套输液器环氧乙烷残留量应不大于0.5mg 6. 无菌，细菌内毒素：每套输液器的细菌内毒素含量应不大于

24	164	传感器	305.00	1、由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成。 2、为一次性使用产品。 3、电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和Velcro触针组成，不含乳胶。 4、与BIS监护设备配合使用。
	165	一次性双极射频等离子体手术电极	2580.00	1、由工作端的双极等离子刀头、手术电极杆、塑料手柄、电缆组成。 2、AC直径为15mm±3mm国际通用标准圆型插头。 3、为一次性使用产品。
25	166	负压伤口治疗泡沫包	5781.60	1、组成：泡沫黑色敷料。透明薄膜、吸盘管路、储液罐。 2、材料：黑色聚氨酯泡沫敷料，开孔网状为高疏水性，可任意裁剪，透明薄膜为涂布丙烯酸的聚亚氨酸，软管吸盘垫为白色聚氨酯全程监测堵塞并报警。 3、规格尺寸：（10cm*8cm*3cm、20cm*12.5cm*3cm、25cm*15cm*3cm）。 4、须与RENASYS负压系统兼容。
26	167	腹腔镜穿刺器	318.00	1. 国产 2. 组成：穿刺套管、穿刺针、固定器、气腹针、标本袋、转换器、穿刺管外套、阻气阀、密封帽、球囊、针座、密封帽、注气阀。 3. 材料：产品所用ABS、PC、TPU材料细胞毒性应不大于I级、应无迟发型超敏反应、应无皮内刺激；产品应无菌，环氧乙烷残留应不大于10μg/g；一次性使用。 4. 1、穿刺器的外表应光滑、圆整、清洁，不应有毛边或毛刺等现象；可视穿刺针针头部分应透明 4.2、穿刺套管注气阀、阻气阀和气腹针注气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡滞现象。 4.3、气腹针的表面粗糙度Ra值应不大于0.40μm。 4.4、气腹针管、带保护穿刺针刀片、可视穿刺针针管的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 4.5、穿刺套管和气腹针的阀体，应具有良好的气密性，经4KPa气压，应无泄漏。 4.6、气腹针锋利度：气腹针头的刃口应锋利，应能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。 4.7、穿刺器应无菌。 4.8、穿刺器用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 4.9、密封体应具有良好的气密性，经4kPa气压1min，冒出的气泡应
	168	一次性圆利针	4.5元/支	1、国产。2、规格：0.4mm*50mm
27	169	重组胶原蛋白	136.00	1、国产，产品由重组人源胶原蛋白、己二醇和纯化水等组成。 2、敷贴型、凝胶型 3、用于抑制和缓解皮炎、敏感肌、激光术后引起的炎症反应，促进创面愈合与修复等。
	170	a-L-岩藻糖苷酶	1,632.00	1. 方法学：CNPF法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.5~300U/L。 3. 精密度： 批内重复性≤2.5%； 批间差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为40U/L时，吸光度变化率≥0.0100A/min。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<0.1000。 6. 试剂空白吸光度变化率：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度变化率<0.0050A/min。 7、国产
	171	a-淀粉酶测定试剂盒	2,670.53	1. 方法学：连续监测法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为5~1500U/L。 3. 精密度：分析灵敏度：5U/L。 4. 空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度应<0.6A。 5、国产

172	C-反应蛋白检测试剂盒	768.11	1. 方法学：免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为2~150mg/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤6.0%； 批间差：相对偏差≤8.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为8mg/L时，吸光度变化≥0.029A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度≤0.3A。 6、国产
173	Y-谷氨酰转移酶	1,061.14	1. 方法学：IFCC法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4~650U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤4.5%。 4. 分析灵敏度：浓度为25U/L时，吸光度变化率≥0.009A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.003A/min。 6、国产
174	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒	376.00	1. 方法学：IFCC法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4~1000U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.5%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为30U/L时，吸光度变化率≥0.005A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min。 6、国产
175	胆碱酯酶	731.93	1. 方法学：丁酰硫代胆碱法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为400~20000U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为7400U/L时，吸光度变化率≥0.007A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度>1.0A，吸光度变化率<0.003A/min。
176	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	4,252.62	1. 方法学：直接法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.05~20mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤2.5%； 批间差：相对偏差≤4.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为4mmol/L时，吸光度变化≥0.19A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，600nm波长条件下，吸光度≤0.08A。 6、国产
177	二氧化碳测定试剂盒	781.90	1. 方法学：酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为1.0~50.0mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤5.0%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为25mmol/L时，吸光度变化率≥0.027A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度>0.3A，吸光度变化率<0.009A/min。
178	甘油三酯测定试剂盒	1,124.32	1. 方法学：氧化酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.1~12.5mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤4.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为2.5mmol/L时，吸光度变化≥0.4A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，500nm波长条件下，吸光度≤0.3A。 6、国产

179	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	2,623.41	1. 方法学：直接法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.05~6.0mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数 $\leq 2.5\%$ ； 批间差：相对偏差 $\leq 4.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：浓度为1mmol/L时，吸光度变化 $\geq 0.062A$ 。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，600nm波长条件下，吸光度 $\leq 0.08A$ 。 6、国产
180	胱抑素C测定试剂盒	6,850.84	1. 方法学：胶乳免疫比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.2~8mg/L。 3. 精密度： 批内变异系数 $\leq 3.5\%$ ； 批间相对极差 $\leq 4.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：0.2mg/L。 5. 空白吸光度：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，546nm波长条件下，吸光度应 $> 1.0A$ 。 6、国产
181	核苷酸酶检测试剂盒	1,625.00	1. 方法学：酶比色法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.5~300U/L。 3. 精密度： 批内变异系数 $\leq 4.0\%$ ； 批间相对极差 $\leq 6.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：0.5U/L。 5. 空白吸光度：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，546nm波长条件下，吸光度应 $\leq 0.1A$ 。 6、国产
182	碱性磷酸酶	464.00	1. 方法学：AMP缓冲液法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为5~800U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数 $\leq 3.0\%$ ； 批间差：相对偏差 $\leq 5.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：浓度为75U/L时，吸光度变化率 $\geq 0.014A/min$ 。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，405nm波长条件下，吸光度 $< 2.5A$ ，吸光度变化率 $< 0.007A/min$ 。 6、国产
183	抗链球菌溶血素检测试剂盒	2,660.00	1. 方法学：胶乳增强免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为20.0~1000IU/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数 $\leq 6.0\%$ ； 批间差：相对偏差 $\leq 8.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：浓度为150IU/L时，吸光度变化率 $\geq 0.003A/min$ 。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，570nm波长条件下，吸光度 $< 2.0A$ ，吸光度变化率 $< 0.0005A/min$ 。 6、国产
184	类风湿因子测定试剂盒	1,776.00	1. 方法学：胶乳增强免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4.0~120IU/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数 $\leq 8.0\%$ ； 批间差：相对偏差 $\leq 10.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：浓度为50IU/L时，吸光度变化率 $\geq 0.032A/min$ 。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，505nm波长条件下，吸光度 $< 2.0A$ ，吸光度变化率 $< 0.015A/min$ 。 6、国产
185	尿液定标液	1,949.00	1定标品 2国产
186	尿素测定试剂盒	631.00	1. 方法学：紫外-谷氨酸脱氢酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为1.0~40.0mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数 $\leq 4.0\%$ ； 批间差：相对偏差 $\leq 6.0\%$ 。 4. 分析灵敏度：浓度为5mmol/L时，吸光度变化率 $\geq 0.022A/min$ 。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在 $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ ，340nm波长条件下，吸光度 $> 0.5A$ ，吸光度变化率 $< 0.0060A/min$ 。 6、国产

187	尿酸	531.00	1. 方法学：尿酸酶-过氧化物酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为20.8~1500 μmol/L。 3. 分析灵敏度：20.8 μmol/L。 4. 空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.1A。 5、国产
188	尿微量白蛋白	1,286.00	1. 方法学：免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4~300mg/L。 3. 精密度： 4. 分析灵敏度：浓度为20mg/L时，吸光度变化≥0.15A。 5. 试剂空白吸光度：在迈瑞BS系列生化分析仪上，试剂以水为空白，37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A。 6、国产
189	前白蛋白	649.35	1. 方法学：免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为10~800mg/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤4.0%； 批间差：相对偏差≤6.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为290mg/L时，吸光度变化≥0.22A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.4A。 6、国产
190	乳酸脱氢酶	315.00	1. 方法学：IFCC法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4~1000U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为170U/L时，吸光度变化率≥0.024A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.6A，吸光度变化率<0.0015A/min。 6、国产
191	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒	374.44	1. 方法学：IFCC法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为4~800U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.5%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为30U/L时，吸光度变化率≥0.005A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0015A/min。 6、国产
192	同型半胱氨酸测定试剂盒	17,200.00	1. 酶循环法 2国产
193	血清定标液	912.00	1定标品 2国产
194	载脂蛋白	1,430.00	1. 方法学：免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.2~2.3g/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤4.0%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为1.5g/L时，吸光度变化≥0.86A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A。 6、国产
195	脂蛋白检测试剂盒	3,944.00	1. 方法学：免疫透射比浊法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为40~1000mg/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤4.0%； 批间差：相对偏差≤6.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为300mg/L时，吸光度变化≥0.075A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<1.0A。 6、国产

	196	脂肪酶	2,978.00	1. 方法学：酶显色法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为5.0~250U/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤6.0%； 批间差：相对偏差≤8.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为40U/L时，吸光度变化率≥0.009A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，570nm波长条件下，吸光度<0.6A，吸光度变化率<0.002A/min。 6、国产
	197	总胆固醇测定试剂盒	546.00	1. 方法学：氧化酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为0.1~20.0mmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤4.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为5.5mmol/L时，吸光度变化≥0.4A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，500nm波长条件下，吸光度<0.3A。 6、国产
	198	总胆汁酸检测试剂盒	3,121.00	1. 方法学：循环酶法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为2~180μmol/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤4.0%； 批间差：相对偏差≤5.0%。 4. 分析灵敏度：浓度为10μmol/L时，吸光度变化率≥0.018A/min。 5. 试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.004A/min。
	199	总蛋白测定试剂盒	126.00	1. 方法学：双缩脲法 2. 线性范围：本试剂盒线性范围为2~120g/L。 3. 精密度： 重复性：变异系数≤3.0%； 批间差：相对偏差≤4.5%。 4. 分析灵敏度：浓度为70g/L时，吸光度变化≥0.009A。 5. 试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.3A。 6、国产
29	200	热稀释导管包及压力监测套装	3070.00	由热稀释导管4F*16cm和压力监测套装组成
	201	经皮扩张气管切开套件	2380.00	需要气管切开的患者做快速、微创的气管切开术，经环状软骨下去选择性控制插入气管切开套管，进行气道管理。 要求扩张方式为钳扩式，气管切开管能实现声门下吸痰功能。 产品由气管切开插管，内插管插管导入器（插管芯）含吸痰管及抽吸控制阀。
30	202	玻璃体切除耗材	6900.00	用于眼科玻璃体切除手术
31	203	脑利钠肽前体定标液	1273.00	项目参数至少包括：CEA、AFP、Total PSA、Free PSA、CA125、CA15-3、CA19-9、CA72-4、Cyfra21-1、NSE、HCG+beta、Ferritin等；
	204	三丙胺缓冲液	1361.82	项目参数包括抗缪勒管激素 AMH；马血清基质；浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平； 适用机型：Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170或cobas e免疫检测分析仪和检测试剂
	205	心肌质控品	2580.63	项目参数包括：胃泌素释放肽前体pro GRP；人血清基质；浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平；
	206	高敏肌钙蛋白T定标液	1673.82	项目参数包括：人附睾蛋白4 HE4；人血清基质；浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平；
	207	肌钙蛋白质控品	1305.32	项目参数至少包括：CEA、AFP、Total PSA、S100、TSH、T3、T4、FT3、FT4、T-uptake、HCG STAT、HCG+beta、LH、FSH、Testosterone、Progesterone、Prolactin、DHEA-S、Estradiol III、SHBG、Insulin、IgE等；人血清基质；浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平；
	208	免疫多项质控品	1223.71	项目参数包括：肌钙蛋白质控品；人血清基质；浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平；

	209	人附睾蛋白4质控品	1931.65	项目参数包括：高敏肌钙蛋白T；人血清基质；浓度水平：定标品至少2个浓度水平；
	210	胃泌素释放肽前体质控品	2639.35	项目参数至少包括：Myoglobin STAT、Myoglobin、CK-MB STAT、CK-MB、proBNP、proBNP STAT、Digoxin、Digitoxin、GDF-15等；人血清基质； 浓度水平：质控品提供生理值和病理值至少2种浓度水平；
	211	抗缪勒管激素质控品	5120.63	项目参数包括：脑利钠肽前体；马血清基质； 浓度水平：定标品至少2个浓度水平；
	212	肿瘤标志物质控品	4356.00	适用机型：cobas e系列免疫分析仪
32	213	血气测定试剂盒	11850.00	1. 一次检测即可出上述九项实测值，无需另加试剂片或模块。2. 一体化抛弃型分析试剂包（包含电极、管路、进样针、试剂及定标等在试剂包内）。3. 智能连续、实时室内质控（IQM）；主动纠错；并自动生成质控图，无需另购外部质控品。4. 75人份/包-600人份
	214	自体血回输机耗材	690.00	1、输血套件：多管路分离设计，各种液体分开处理，避免杂质相互混杂，精密的腔体设计，最小回收血量可以达到15毫升，采用大半径管腔设计，最高转速小于四千转每分钟，最小化红细胞损伤 2、储血罐：超大容量，容量可达1000毫升，超细孔径，有效过滤血液，水溶性杂质清除率大于99%，脂溶性杂质清除率可达到100%，脂肪清除率达100% 3、吸管：采用PVC材质，具有肝素抗
33	215	导丝	285.00	1、镍钛合金芯丝 2、产品外表有亲水涂层3、外径：0.035英寸，长度：150cm-260cm
	216	微导管	2486.00	1、产品外表有亲水涂层，内腔有PTFE涂层，有助于输送器械。2、头端有标记可清晰显影，有助于在影像下显影对位。3、长度：130cm-150cm，导管内径：0.022-0.027英寸，头端形状有预塑形
	217	血管鞘组	174.00	1. 产品主要由导管鞘、扩张器、导丝、穿刺针组成。2. 鞘外径：4Fr.-10Fr. 鞘长10cm-16cm.
	218	微导丝	1736.00	1、内芯核心材料系镍钛合金，外层黄金线圈编织，尖端黄金标记。2、产品外表有亲水涂层3、外径：0.016英寸，长度：180cm
	219	血管内造影导管	400.00	1. 导管钢丝网支撑设计，管体柔软润滑，最大可抗压强度1000PSI。2. 导管外径：1.40mm-1.70mm，内径：1.03mm-1.10mm，长度80cm-100cm。3. 超滑导管头端亲水涂层长度不少于10cm.
	220	眼科手术刀	150	1、要求：具有防眩光涂层，防止显微手术眩光；材料采用不锈钢制作；手柄颜色和主切口刀、隧道刀可明显区分；具备安全保护装置，保护医护人员安全
	221	灭菌包装材料	232	1. 透析纸克重不低于60gsm。 2. 产品规格500种以上，满足不同器械包装需求，包括平面卷袋（宽度50mm-500mm）、立体卷袋、平面单体袋（宽度50mm-500mm，长度150-650mm）、立体单体袋（宽度75mm-350mm，长度150-650mm）、自封单体袋（宽度60mm-400mm，长度150-450mm）。3. 产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物。4. 自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 5. 生产环境为10万级净化车间 7. 资质证件齐全，有卫生安全评价报告，检测报告包含微生物屏障性能，压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性能，压力蒸汽或环氧乙烷灭菌后180天无菌有效期验证。 8. 塑料材质内芯。
	222	封口性能测试条（高温）	5	1. 对于封口机性能的日常检测质量要求。 2. 根据ISO11607，对于封口条应该满足连续的封口宽度、无漏孔、材料不分层无夹缝或开口
	223	绷带	2.3	1. 本产品由医用脱脂纱布切割成卷或以脱脂棉纱线织造而成。 2. 纱布绷带用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。3. 绷带所用原材料应符合YY0331-2006的要求。
	224	医用纱布块	2	1. 产品由医用脱脂纱布选择性的织入X光线制成。 2. 产品供医疗单位外科包扎，吸附伤口组织渗出液用。 3. 分为灭菌型（带X光线，不带X光线）；非灭菌型（带X光线，不带X光线）。
	225	棉垫	19	1. 医用护理垫（看护垫）由绒毛浆、高吸收性树脂、卫生纸、防漏底膜、无纺布、松紧带、胶水、黏贴区、固定贴选择搭配组合而成。

226	胶带	24	1. 产品为带状或片状粘贴材料, 不与创面直接接触, 粘贴部位为完好皮肤。 2. 用于对创面敷料, 绷带等提供粘附力, 以起到固定作用。
227	压力蒸汽灭菌生物指示剂	18	1. 产品检验标准符合GB18281 (或ISO11138) 对于压力蒸汽灭菌生物指示物的检测要求。 2. 生物指示剂出具结果的时间不超过48小时。 3. 产品有效期不低于12个月。 4. 生产企业通过ISO质量体系认证
228	压力蒸汽灭菌化学指示卡	82	1. 完全符合WS310-2016对灭菌参数要求。灭菌监测参数为132℃, 4min 2. 产品检验标准符合GB18282 (或ISO11140) 对压力蒸汽四类化学指示物的要求 3. 要求产品为双面覆膜产品 4. 产品有效期不低于24个月
229	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	1. 2	1. 产品符合GB18282. 1-2015对压力蒸汽五类化学指示物的要求 2. 产品有效期不低于24个月 3. 产品适用于121℃-135℃灭菌 4. 生产企业通过ISO质量体系认证。
230	压力蒸汽灭菌化学装置	35	1. 产品指示油墨为无铅配方 2. 产品含有B-D标准测试图、B-D预警测试图 3. 产品检验标准符合GB18282 (或ISO11140) 对压力蒸汽二类化学指示物的要求 4. 产品有效期不低于24个月 5. 生产企业通过ISO质量体系认证
231	模拟测试装置	35	1. 产品指示油墨为无铅配方 2. 产品有效期不低于12个月有效期 3. 管路材质为不锈钢, 内径为2mm, 单盲端 4. 产品检验标准符合GB18282 (或ISO11140) 对压力蒸汽二类化学指示物的要求 5. 生产企业通过ISO质量体系认证
232	医用无纺布帽子	0. 2	1. 产品由纺粘无纺布缝制而成。 2. 供医护人员工作时用, 深蓝色灭菌
233	一次性使用治疗巾 (看护垫)	0. 58	1. 供手术时垫衬用。
234	一次性使用中单 (看护垫)	3. 5	1. 产品由绒毛浆、丙烯酸树脂、卫生纸、PE膜、无纺布、热熔胶选择搭配组合而成。 2. 供医院各科室、卧床患者作防污垫, 手术时垫衬用。
235	一次性使用推床套 (床罩)	4. 5	1. 由纯棉、涤纶、或无纺布制成。 2. 供产妇产后作产垫、卧床患者作防污垫、手术时垫衬用。
236	手术垫单	3	1. 由纯棉、涤纶、或无纺布制成。 2. 供患者作防污垫、手术时垫衬用。
237	一次性使用灭菌橡胶外科手套	2. 2	1. 产品由天然橡胶胶乳制成。 2. 产品经钴60辐射或环氧乙烷灭菌。
238	一次性自粘敷贴	6. 2	1. 产品由PU薄膜, 背衬薄膜, 医用粘胶, 离型纸, 敷芯制成, 敷芯由70%粘胶, 30%涤纶制成。 2. 产品用于外科手术切口及留置动静脉导管时贴敷皮肤用。
239	医用手术薄膜	9. 5	1. 普通, 配袋, 单袋, 双袋, 脑科, 眼科。 2. 产品由带状贴边条, 溶剂型聚丙烯酯压敏胶层, 隔离衬纸, 塑料薄膜, 清洁袋组成。 3. 产品供临床手术切口时保护皮肤防止交叉感染用。
240	一次性使用无菌保护罩 (显微镜套)	9	1. 本产品选用无毒的高分子材料制成。防水防尘。 2. 供医疗设备隔离使用。 3. 主要由透明PE膜制成。
241	内衬	8930. 00	1、抗氧化高交联聚乙烯超耐磨髌臼内衬; 2、可搭配直径22, 28, 32, 36, 40股骨头使用 3、型号直径44-70
242	骨水泥	4870. 00	单体和多体聚甲基丙烯酸树脂复合体, 有液体和共聚合粉末
243	高边型衬垫	1750. 00	1、高交联聚乙烯超耐磨髌臼内衬; 2、可搭配直径, 22, 28, 32, 36, 40股骨头使用; 3、型
244	股骨头	20100. 00	1, 陶瓷股骨头磨损率极低, 卓越的生物相容性及润滑性能; 2、直径28mm-40mm
245	股骨柄	26000. 00	1、材质为钛6铝4钒合金 2 、直径14mm-22mm, 长度mm190-305mm

246	骨金属髌臼杯	34300.00	1、骨小梁生物固定界面，高摩擦系数提供初始稳定性和长期骨长入效果； 2、规格44-70
247	髌臼内衬	19550.00	1、陶瓷髌臼内衬磨损率极低，卓越的生物相容性及润滑性能 2、直径44-70
248	股骨部件	15058.00	1、股骨髁钴铬钼合金 2、分左、右
249	胫骨平台	28850.00	1、优异的锁定机制 2、规格为1-8 3、材质Ti6Al4V合金
250	股骨柄 标准型/远端改进型	13000.00	1、微孔涂层 2、卓越骨长入和骨长上效果，保证假体稳定防止下沉； 3、直径4-18
251	微孔涂层 股骨柄 标准偏心距	24300.00	1、微孔涂层，卓越骨长入和骨长上效果 2、适用于微创的需求，保留更多骨量 3、直径4-17
252	金属髌臼外杯	19323.00	1、骨小梁材质，高摩擦系数提供初始稳定性和长期骨长入效果； 2、规格：38mm-70mm
253	髌臼外杯	26400.00	1、骨小梁生物臼杯，42-70
254	锥形股骨头	2048.00	1、钴铬钼合金； 2、直径22mm-40mm
255	胫骨衬垫	9500.00	高交联聚乙烯超耐磨
256	单髁膝关节解剖型 超高分子量聚乙烯 半月板衬垫	5087.00	1、超高分子聚乙烯衬垫 2、规格分超小号-大号厚度3-9MM
257	高屈曲度超镜面光滑型胫骨衬垫	7980.00	1、高屈曲度超镜面光滑型胫骨衬； 2、厚度10-17CM
258	高交联超高分子量 聚乙烯髌臼衬垫	3200.00	1、高交联聚乙烯超耐磨髌臼内衬； 2、可搭配直径22mm-40mm股骨头使用； 3、直径44-70
259	肱骨骨折柄	28000.00	1、规格：4-14mm 2、柄长：139.20mm 3、材质：钴铬钼合金 4、涂层：钛离子涂层 5、设计：具有缝合翼
260	钴铬钼合金股骨头	12420.00	1、规格：40-54mm 2、高度：15-27mm 3、材质：钴铬钼合金
261	股骨髓腔加压器	780.00	搅拌混合骨水泥后注射
262	单髁膝关节骨水泥型高灵活性股骨组	11475.00	1、预涂层骨水泥股骨单髁 2、规格：超小号-大号
263	髓腔塞	95.00	1、抑制骨水泥流向髓腔远端
264	骨水泥注射筒	650.00	1、调和骨水泥，骨水泥配件
265	钴铬钼合金股骨头	2260.00	1、钴铬钼合金； 2、直径22mm-40mm
266	单髁膝关节骨水泥型解剖标准型胫骨	7044.00	1、预涂层骨水泥生物型平台； 2、分左右，规格：AA-F
267	微孔涂层髌臼外杯 一两孔	3672.00	1、微孔涂层卓越初始稳定剂长期稳定 2、直径46-70mm
268	聚乙烯胫骨部件	14742.00	聚乙烯胫骨部件
269	胫骨盘干部件	4224.00	1、骨小梁材质+高交联聚乙烯，良好的骨长入及超强的耐磨性 2、规格：10-20mm
270	单件式胫骨平台	23780.00	1、生物一体化胫骨平台，保留更多骨量 2、厚度10-17CM
271	单髁股骨部件	30000.00	股骨分左右，规格A-F
272	单髁胫骨平台	30000.00	规格：3mm-6mm
273	胫骨垫块	39865.00	1、部分胫骨缺损使用，配合膝关节置换使用
274	关节面部件	6460.00	1、髌限制性衬垫，为膝关节提供更高稳定性； 2、厚度10-20mm
275	股骨垫块	3009.00	1、部分胫骨缺损使用，钛合金或骨小梁材质
276	延长杆	3200.00	1、分直及偏心延长杆 2、规格：12, 7mm, 10-17mm
277	髌骨	8173.00	1、髌骨缺损后
278	骨金属填充块	34300.00	1、钽金属通过化学蒸汽沉积在网状玻璃碳支架上而成，承多孔状态 2、规格10-30mm

279	脉冲冲洗器	1000.00	部分胫骨缺损使用，钛合金或骨小梁材质
280	单髁关节面	15000.00	固定平台1-6型，厚度9-14MM
281	笼架	17760.50	1、髌臼翻修笼架适用于髌臼缺损
282	尺骨干	11215.00	1、长度：83-121mm 2、材质：锻造钛合金 3、涂层：钛合金离子喷涂（Ti6Al4V）
283	肱骨干	10625.00	1、长度：109-210mm 2、材质：锻造钛合金 3、涂层：纯
284	髌臼翻修杯	27704.00	1、骨小梁生物翻修臼杯 2、规格：48-70mm
285	髌臼壳	9590.00	1、钛丝材质，骨迅速长入 2、规格：46mm-70mm
286	骨水泥型股骨柄	21000.00	1、配合骨水泥用于股骨髓腔内
287	旋转平台关节面	10506.00	1、A-F, 厚度10-14
288	旋转胫骨平台	15145.00	1、规格1-7号，10mm22mm
289	翻修壳衬垫	7947.00	1、交联型超高分子量聚乙烯
290	髌关节柄	11578.00	1、钛涂层或骨小梁材质，长期稳定
291	非骨水泥型股骨柄	8140.00	1、生物型股骨柄，抗旋能力强，应力传导好，3-14
292	翻修型股骨柄	21740.00	1、等离子喷涂微孔涂层，提共多种组合 2、规格：115mm-
293	股骨假体填充块	14569.00	1、用于股骨大面积缺损
294	股骨头坏死重建棒	21393.00	1、骨小梁骨长入生物材质 2、规格：70-
295	超高分子聚乙烯髌臼杯	3200.00	1、骨水泥超高分子聚乙烯髌臼衬垫，特殊病人使用； 2、规格43-61MM
296	肱骨头	11500.00	1、规格：40-54mm 2、高度：15-27mm 3、材质：钴铬钼合金
297	肩盂杯	4200.00	1、规格：36mm 40mm 2、材质：钴铬钼合金
298	钴铬钼股骨头	7030.00	1、钴铬钼合金； 2、直径22mm-40mm
299	中置器	2800.00	1、协助髌关节置换
300	陶瓷股骨头	7710.00	1、陶瓷股骨头磨损率极低，卓越的生物相容性及润滑性能 2、直径28mm-40mm
301	延长柄	27680.00	1、花键型延长杆，直延长及偏心延长杆；直径10-24，长度：40-160
302	锥形填充块	76520.00	1、骨小梁材质 2、膝关节胫骨严重缺损，塌陷
303	髌臼加强环	17624.00	1、钛合金髌臼加强笼架，分左右，长短翼，55-70
304	股骨填充垫块	3900.00	1、股骨前方及后髁，远端垫块，厚度5-15mm
305	近端 / 远端锁紧螺	990.00	1、翻修柄螺钉，长度24-54mm
306	粗隆爪	16380.00	1、翻修粗隆抓，分大、小号
307	粗隆爪锁钉	5670.00	1、翻修粗隆抓螺钉，长度24-54mm
308	组配式股骨柄远端模块 直柄子弹头型	25812.00	1、喷涂微孔涂层及远端抛光子弹头 2、直柄和弯柄，长度不同
309	聚乙烯内衬	5687.50	1、高交联聚乙烯超耐磨髌臼内衬； 2、可搭配直, 22mm-40mm股骨头使用； 3、型号直径38-70
310	反球型平台	11160.00	1、材质：TI6Al4V
311	组配式股骨柄远端模块直柄	7767.00	1、带棘远端假体，抗旋稳定有效应力传导长度不同
312	组配式股骨柄近端模块 股骨距替代	11113.20	1、喷涂微孔涂层 2、0/+10/+20截骨平面 3、高度50/60MM
313	组配式股骨柄近端模块 圆锥形	22770.00	1、喷涂微孔涂层 2、高度5mm-80MM
314	肩盂部件	6840.00	1、材质： 钴铬钼合金
315	肱骨柄间隔器	6000.00	1、规格：9mm, 12mm 2、材质： TI6Al4V
316	堵孔塞	1550.00	1、降低骨溶解发生率

317	双极头	7500.00	1、规格：38mm-72mm
318	双动杯	2534.30	1、规格：38mm-72mm
319	顶孔塞	1550.00	1、降低骨溶解发生率
320	开盒式股骨部件	12000.00	1、股骨部件分左右,55-80mm
321	单髁膝关节骨水泥型股骨组件	9981.00	1、预涂层骨水泥股骨单髁; 2、型号超小号-大号
322	髌臼补块	17150.00	1、钛合金髌臼垫块,26,32,38
323	三钉型肩盂组件	4900.00	1.规格：30-38 2.材质：超高分子量聚乙烯
324	股骨髁远侧固定钉	460.00	2.材质：超高分子量聚乙烯
325	非骨水泥型股骨部件	31500.00	1、带有涂层利于古德长上 2、规格：超小号、小号、中号、大号
326	髌臼螺钉	850.00	1、钛合金髌臼螺钉 2、直径6.5，长度：20-70MM
327	全聚乙烯肩盂组件	3600.00	1.规格：标准，7° 2.材质：超高分子量聚乙烯
328	胫骨垫片	28550.00	1、材质：超高分子量聚乙烯 、规格10mm-20mm 2
329	双极聚乙烯组件	2520.00	1.规格：3mm,6mm 2.材质：超高分子量聚乙烯
330	双极肱骨杯	11178.00	1、规格：40-54mm 、高度：15-27mm 2 3、材质：钴铬钼合金
331	肱骨柄	49854.00	1.规格：8mm,10mm,12mm,14mm 2.材质：Ti6Al4V
332	反转肩肩盂头	12250.00	1、规格：36-41mm 2、材质：钴铬钼合金
333	标准锥度适配器	1750.00	1、规格：标准型 2、材质：钴铬钼合金
334	肱骨托	14000.00	1、规格：25-28mm 2、材质：钴铬钼合金 3、涂层：钛合金涂层（Ti6Al4V）和羟基磷灰石涂层
335	肱骨垫片	11000.00	1、规格：44mm 2、材质：高交联超高分子量聚乙烯
336	肩盂托	15750.00	1、规格：25-28mm 2、材质：钴铬钼合金 3、涂层：钛合金涂层（Ti6Al4V）和羟基磷灰石涂层
337	反转肩中心螺钉	1750.00	1、规格：6.5mm 2、长度：20-50mm 3、材质：钴铬钼合金
338	锁定螺钉	1750.00	1、规格：4.75mm 2、长度：15-45mm 3、材质：钴铬钼合金
339	非锁定螺钉	1750.00	1、规格：4.75mm 2、长度：15-45mm 3、材质：钴铬钼合金
340	可调式锥度肩袖	5100.00	材质：钴铬钼合金
341	胫骨垫片	31122.00	1、材质：超高分子量聚乙烯 、规格10mm-20mm 2
342	股骨锁钉	1995.00	1、组件式全膝关节翻修系统
343	股骨远端垫块/后端垫块	11500.00	1、钛合金材质或骨小梁材质
344	半月板组件	13900.00	1、抗氧化聚乙烯材质
345	胫骨托	20500.00	1、材质：钴铬钼合金
346	胫骨托锁定杆	983.10	1、带10度锁定杆
347	胫骨托垫块	11970.00	1、胫骨托垫块，59-91，厚度5-10MM
348	胫骨托垫块螺栓	1995.00	1、胫骨托垫块螺栓 5mm
349	偏心距转接头	13550.00	1、偏心距转接头，2.5/5.0/7.0mm
350	转接头螺钉	1995.00	1、延长杆及胫骨托及偏心转接头连接螺钉
351	胫骨托翼	10500.00	1、规格：大、小号
352	髌臼杯	44000.00	1、三爪钛喷涂生物型白杯，44-70MM

353	股骨髁	53850.00	1、铸造钴铬钼合金 2、窄型及标准 3、规格：1-
354	衬垫	25850.00	1、超高分子量聚乙烯 2、规格10mm-20mm
355	定位器	18500.00	1、全膝关节置换手术定位系统
356	髁白垫块	27526.00	1、骨小梁生物型髁白垫块，厚度10-20
357	垫片	12325.00	1、膝关节胫骨金属垫块，骨小梁垫块，厚度，5-20
358	胫骨部件	25000.00	1、单髁胫骨部件，规格AA-F
359	髁关节占位器	15000.00	1、临时股骨假体成型用一次性骨水泥模具
360	膝关节占位器	6000.00	1、膝关节用骨水泥定型模具，60-75
361	可调式股骨头	18000.00	1、氧化铝复合陶瓷 2、规格28mm-40mm
362	可调式锥度肩袖	11460.00	1、材质：钴铬钼合金
363	平面螺钉	9800.00	1、直径4.35, 5, 6mm; 长度15-80mm;
364	椎间融合器(带前路固定板)	25466.00	1、融合器材质：聚醚醚酮，固定板材质：钛合金 2、融合器有弧形，楔形；
365	颈椎锁定螺钉	3645.00	1、螺钉直径3.7mm，长度14, 16, 18mm 2、螺钉为自攻钉；
366	骨水泥套装	15480.00	1、一个预装骨水泥粉末的混合器，一个预装骨水泥液体的玻璃瓶，共18mL
367	骨水泥用注射包	2860.00	1、个旋塞阀，5个2CC白色注射器，8个1CC蓝色注射器
368	椎体成形用工具	4250.00	1、8G, 10G, 12G三种规格的钻石型和斜边型穿刺针，每包提供两根
369	松质骨螺钉	6825.50	1、直径4.0, 4.5mm；长度8-50mm 2、灭菌
370	单向螺钉	6665.00	1、直径4.35, 5, 6mm; 长度15-60mm; 2、适用于小儿
371	颈椎前路板	26400.00	1、五节段长度板，长度60-105mm; 2、材质：钛板
372	枕骨板	12775.00	枕骨板4.5/5.0, 侧面, 宽度50, 60mm, 用于直径4.0mm棒, 灭菌包
373	万向髁骨螺钉	7500.00	1. 直径8, 9, 10, 11, 12mm, 长度65-110mm 2. 空心螺钉，可使用导丝定位 3. 有一段光杆，减少对组织的刺激；
374	枕骨钉	1533.00	1. 枕骨螺钉，直径4.5, 5.0mm, 长度4, 6, 8, 10, 12, 14mm, 钛合金(TAN) 2. 灭菌包装
375	杆螺钉	6825.50	杆螺钉，直径 3.5mm，长度20-50mm, 灭菌包装
376	锁定螺钉/横连盖垫	1825.00	横向连接器盖垫, 灭菌包装
377	颈椎前路螺钉	3240.00	1、螺钉分为固定角（自攻、自钻、应急）、可变角（自攻、自钻、应急）应 急螺钉，长度12-18mm。 2、钛合
378	椎板/复位/开口/闭口/颈后路/椎弓根	9800.00	1、材质：钛合金
379	钛网	5370.30	1、圆形钛网10mm-16mm
380	侧侧连接器	12100.00	1、EXP侧侧连接器4.5-5.5, 4.5-4.5, 4.5-4.75,
381	椎间融合器	27684.75	1、结合钛材质锁定板+PEEK材质cage优势
382	万向螺钉	14000.00	1、可调角度大
383	棒	16529.00	1、枕颈可调节钛棒直径3.5mm 长度220mm-72mm
384	内锁紧螺钉	1173.00	1、大直径枕骨固定螺钉 直径5.25mm 长度6-16mm
385	锁紧螺钉	4200.00	1、材质：钛合金
386	脊柱骨水泥系统	21900.00	1、功能：椎体成形术或脊柱后凸成形术过程中椎体病理性骨折的固定； 2、材质：该产品由高粘性脊柱骨水泥，骨水泥存储器和混合器，导引针，活体组织针，液压泵（已预先装满无菌水），迷你棒槌及导引针把持器组成。产品一次性使用，灭菌包装提供。）
387	迷你棒槌带针头把持器	3850.00	1、迷你棒槌及导引针把持器
388	通用退变螺钉	3064.00	1、钛合金
389	横杆	7300.00	1、横杆，直径3.5, 4.0mm，长款，带连接夹，直径6.0mm, 灭菌包
390	螺帽	2292.00	1、材质：钛合金，固定
391	横向连接器	13870.00	1、成角横向连接器，超长款, 灭菌包装

392	枕骨夹	7314.60	1、枕骨夹,1孔,2孔,用于直径4.0棒,灭菌包装
393	前路垫圈	1586.00	1、材质:钛合金
394	钛缆	8764.00	1、单股及双股钛缆,材质:钛合金
395	横连	18500.00	1、SFX横连,卡扣设计,万向调节
396	钛网加强帽	3506.00	1、17×22mm,22×28mm,26×33mm
397	钛网加强螺栓	511.00	1、3mm*6.5mm
398	枕骨内锁紧螺塞	1100.00	1、材质:钛合金
399	复位螺钉	8767.00	1、直径4.35,5,6mm,长度15-60mm
400	连接器	8300.00	1、杆连接器,长度15mm-30mm,用于邦5.5/ 6.0mm
401	皮纹空心有孔螺钉 注射骨水泥用套管	3825.00	1、开放与微创MIS套管(与有孔螺钉系统配合使用以便输送骨水泥)
402	腰椎侧路融合器	37000.00	1、长度40mm-55mm,宽度22mm,高度9mm-17mm;矢状面0°,8°
403	皮纹空心有孔螺钉	7350.00	1、直径5,6,7mm,长度30-80mm 2、中空钉杆1.75mm;有侧开孔,可注入骨水泥
404	螺母	4382.00	1、螺母,材质:钛合金
405	前路双孔垫片	2100.00	1、双孔垫片头尾端小,中,大,超大
406	颈椎人工椎间盘	59800.00	1、恢复相邻阶段的支撑和运动
407	未成形板	8400.00	1、20孔,孔间距5.0mm
408	皮质骨自钻螺钉	443.00	1、皮质骨自钻螺钉直径2.0mm长度4,6,8mm
409	补救自攻螺钉	490.00	1、补救自攻螺钉直径2.4mm长度6mm-12mm
410	颈椎前路椎间融合器 和人工骨	9130.00	1、颈椎前路椎间融合器和人工骨,弧形/楔形5mm-,10mm
411	人工椎体	40750.00	1、小,高23至31mm,-5°/高28至40mm,-5°/高38至56mm,-5°; 大,高23至31mm,0°/高26至36mm,0°/高31至46mm,0°/高31至 46mm,10°/高33至51mm,20°/高43至71mm,-6°
412	椎弓根螺钉	6158.00	1、材质:钛合金 直径 4.35mm-7mm.长度20-80mm
413	枕颈胸脊柱后路骨	5200.00	1、直径:3.5mm,10mm-48mm
414	枕颈胸脊柱后路后 路钛板	9500.00	1、26mm-112mm,
415	软质弧形杆	2461.68	1、杆 直径 5.5mm,软质,弧形 长度 30mm-85mm
416	硬质杆	6996.00	1、杆5.5mm,硬质,长度 200mm/300mm/400mm/500mm;杆5.5mm, 硬质,长度 500mm 2、末端六角形;
417	杆连接器	4750.00	杆连接器,长度15mm/20mm/25mm/30mm,用于杆?5.5/ 6.0mm
418	β-磷酸三钙人工骨	2292.00	直径1.4 - 2.8mm, 5cc 直径1.4 - 2.8mm, 10cc 直径1.4- 2.8mm, 2 x 20cc 直径2.8 - 5.6mm, 5cc 直径2.8 - 5.6mm, 10cc 直径2.8 - 5.6mm, 20cc; chron0S 圆柱型, β-磷酸三钙, 直 径9.5mm, length 25mm "
419	内锁紧长柄钉	3366.00	3.5mm×15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,4 2,44,45,46,48,50mm
420	生长阀	12100.00	长度40;60;80mm
421	双锁偏角螺钉	9800.00	直径:6、7mm长度:20,25,30,35,40,45,50,55,60,65mm
422	空心螺钉	3570.00	直径3.5mm,长度36,38,40,42,44,46,48,50mm
423	钛网终环	840.00	终环直径10,12,15mm,角度0度/2.5度;终环 凸形直径 10,12,15mm,角度0度/2.5度
424	钛网标准环	2948.25	标准环17mm×22mm,22mm×28mm,26mm×33mm
425	钛网螺钉	200.45	锁定螺钉 低切迹2.0mm,3.0mm
426	经皮棘间撑开系统	32000.00	8,10,12,14,16mm
427	低切迹骨折夹	3072.00	骨折夹,低切迹,适用于6.0mm
428	椎弓根钉双芯双螺	5280.00	7.0 mm 经椎弓根 Schanz钉/双芯/双螺纹, L 185/40mm, L
429	固定杆	894.00	3.5 mm 固定杆,用于横向连接稳定器,长度 100 mm,钛合金
430	横向连接夹	5770.44	1、材质:钛合金
431	椎弓根开口钉	4173.00	1、材质:钛合金

432	骨水泥	5500.00	1、该产品主要以聚(丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯)为基础的固化聚合树脂的骨水泥。由粉剂与液剂两部分组成。粉剂包括:聚(甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯), 二氧化锆, 过氧化苯甲酰、叶绿素铜E141。液剂包括: 甲基丙烯酸甲酯, N, N-二甲基对甲苯胺, 对苯二酚。灭菌包装, 一次性使用产品 2、或含有庆大霉素和二氧化锆显影剂的丙烯酸类骨水泥, 由粉剂与液剂两部分组成。粉剂包括: 丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯聚合物, 二氧化锆, 过氧化苯甲酰, 硫酸庆大霉素及少量叶绿素。液剂包括: 甲基丙烯酸甲酯, N, N-二甲基-对甲苯胺, 对苯二酚及少量叶绿素。
433	骨水泥真空混合系统	1750.00	产品组成包括药筒、盖子、活塞、喷管和漏斗、搅拌杆、混合碗、推杆。
434	骨水泥套装	4100.00	该产品为聚(丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯)为基础的固化聚合树脂的骨水泥, 由粉剂、液剂和搅拌器组成, 并在粉体中添加适量的硫酸庆大霉素。粉剂包括: 聚(丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯)、二氧化锆、过氧化苯甲酰、硫酸庆大霉素、叶绿素铜E141。液剂包括: 甲基丙烯酸甲酯, N, N-二甲基对甲苯胺, 对苯二酚、叶绿素铜E141。搅拌器包括: 药筒、盖子、注射管、搅拌杆、活塞和滤片。
435	骨水泥注入器	1300.00	产品组成包括药筒、盖子、活塞、喷管和漏斗、搅拌杆、混合碗、推杆。
436	骨水泥枪	3100.00	产品组成部件为枪体、锁环、推动杆、触发器。产品由不锈钢制成, 触发器不锈钢牌号为304
437	接骨螺钉	1650.00	1、分为全螺纹和部分螺; 2、直径3.5mm-4.0mm, 长度10mm-60mm
438	锁定/非锁定螺钉	1484.10	1、螺钉采用符合ISO5832-3标准的Ti6Al4V钛合金材料制造 2、直径2.0mm, 长度8-20mm; 直径2.4mm, 长度8-30mm
439	跖骨钢板	7595.10	1、钢板采用符合ISO5832-2标准的纯钛材料制造; 2、3孔-7孔
440	跟骨钢板	7595.10	1, 由骨板和骨钉组成, 2、骨板材料为符合ISO5832-2的纯钛材料 3、骨钉材料为符合ISO5832-3的Ti6AL4V钛合金
441	空心钉	6080.00	1、锻造钛合金组成2、有头钉及无头钉3、直径2.0mm-4.0mm4、长度、10mm-60mm
442	人工骨	39000.00	1、为灭菌产品 2、颗粒直径: 4.8±0.2mm 3、一般采用羧基磷灰石、磷酸钙、硫酸钙、生物玻璃或由以上物质组合制成
443	前足万向锁定钢板	7443.00	1、钢板采用符合ISO5832-2标准的纯钛材料制造; 2、3孔-7孔
444	跟骨万向锁定钢板	7443.00	1、由骨板和骨钉组成, 2、骨板材料纯钛材料3、骨钉材料钛合金
445	跖骨非锁定钉	1484.10	1、螺钉采用钛合金材料 2、直径2.0mm, 长度8-20mm; 直径2.4mm, 长度8-30mm
446	垫圈	2000.00	1、非无菌包。 2、直型 垫圈 倾斜型 3、2.5mm-4.0mm
447	足踝髓内钉主钉	18000.00	1、钛合金制造, 表面光滑无毛刺2/150-300mm
448	足踝髓内钉锁钉	1350.00	1、钛合金2、内径4.299mm, 外径5.0mm3、20-90mm
449	足踝髓内钉尾帽	2300.00	1、钛合金制造2、直径8mm
450	自断螺钉	1067.00	1、直径2.7mm, 长度: 13mm-17mm
451	钉帽	29000.00	1、材质: 钛合金
452	小骨关节植入物	17000.00	1、手指关节, 腕关节, 脚趾关节 2、内含硅橡胶以及纯钛
453	解剖型接骨板	9408.00	1、由接骨板和接骨螺钉组成。 2、接骨板采用纯钛或Ti6Al4V的锻造钛合金制造 3、接骨螺钉采用Ti6Al4V的锻造钛合金制4、12mm-66mm
454	钛质螺钉	1698.00	1、此产品接骨板和接骨螺钉组成 2、其中接骨板纯钛或Ti6Al4V的锻造钛合金制造 3、接骨螺钉采用Ti6Al4V的锻造钛合金制造 4、非灭菌包装和Gamma射线灭菌包装两种规格5、规格为0-7mm
455	跖趾关节六角接骨钉	1400.00	1、本产品有带杆骨钉、接骨螺钉、加压接骨螺钉、接骨板、U型钉和垫圈组成 2、加压接骨螺钉为中空螺钉。 3、带杆骨钉采用TC4ELI钛合金制成, 其余产品均采不锈钢。
456	BOW楔形截骨钢板	5093.00	1、此产品接骨板和接骨螺钉组成 2、其中接骨板纯钛或Ti6Al4V的锻造钛合金制造3、接骨螺钉采用Ti6Al4V的锻造钛合金制造4、非灭菌包装和Gamma射线灭菌包装两种规格5、规格为8-30mm

457	脊柱椎间融合器	15810.00	1、结合钛材质锁定板+PEEK材质cage优势 、螺钉成角稳定 3.0mm颈椎锁定螺钉，锥形自攻设计，长度12-20mm 4、产品规格5-12mm	2 3、
458	颈椎前路钛板	10412.00	1、有双排、单排 2、双排厚度2.5mm，单排2.3mm，3、螺钉在板上万向10° 可变角，4、卡轮在45° - 180° 为最终锁紧	
459	颈椎前路钛板螺钉	1650.00	1、螺钉分为固定 角（自攻、自钻、应急）、可变角（自攻、自钻、应急）应 急螺钉，长度12-18mm。	2、钛合
460	固定夹	6200.00	1、钛合金材质。 为开口式，闭口式，长度10-40mm	2、分
461	连接棒	5980.00	1、钛合金材质。 、分为普通棒，预弯棒，高硬度棒，长度30-500mm	2
462	万向钉	8500.00	1、钛合金材质。 芯、疏密螺纹，自攻钉头设计（直 径：4.0-9.0mm，万向50°。 帽负度螺纹设计 4、螺钉钉臂外侧四个点状凹槽对应枪式复位钳	2、双 3、尾
463	微创脊柱钉棒固定系统-单轴微创钉	13800.00	1、钛合金材质。 疏密螺纹，自攻钉头设计（直 径：4.0-9.0mm。 钉臂外侧四个点状凹槽对应枪式复位钳	2，双芯、 3、螺钉
464	微创脊柱钉棒固定系统-万向微创钉	13600.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼 设计，防 止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的 轴向把持力。4、钛合金材质。	
465	螺母	2980.00	1、钛合金材质。 锁螺母，双锁螺母，可折断螺母，负角度锯齿螺纹设计，防止钉 套撑开。 3、直径3-15mm	2、分后
466	脊柱钉棒固定系统 销钉	3500.00	1、钛合金材质。 3.0mm	2、直径1.0-
467	胸腰椎前路钛板系 统螺钉	4980.00	1、钛合金材质。 定钉，多向钉，杆部增加自攻槽设计，方 便拧入。直径5.0-7.0mm	2、分为固
468	胸腰椎前路钛板	18800.00	1、钛合金材质。 设计，低于钉座高度，长度20-160mm	2，低切迹
469	提拉钉	10800.00	1、钛合金材质。 线设计，提高螺钉强度和拧钉速度 3、长臂有预设的折断线 ，内外侧均有开槽，提供可控的折断点，表面光滑 4、钉套负角度锯齿螺纹设计，防止钉套撑开 5、杆部增 加自攻槽设计，方 便拧入 实现5.5系统低切迹双锁螺母设计。 7、直径：	2、双芯双 3、长臂有预设的折断线 5、杆部增
470	弧形重建板	2045.00	1. 钛合金材质。2. 低切迹设计，多种规格选择，方便塑形。	
471	长万向钉	11800.00	1、钛合金材质。 线设计，提高螺钉强度和拧钉速度 3、长臂有预设的折断线 ，内外侧均有开槽，提供可控的折断点，表面光滑 4、钉套负角度锯齿螺纹设计，防止钉套撑开 5、杆部增加自攻槽 设计，方 便拧入 实现5.5系统低切迹双锁螺母设计。 最大万向50° 活动角度、便于螺钉的置入和棒的放置。8、直 径：4.0-9.0mm	2、双芯双 3、长臂有预设的折断线 5、杆部增加自攻槽 6、 7、螺钉头
472	角度调节连杆	200.00	1、钛合金材质。2、多规格选择	

473	脊柱钉棒固定系统	4500.00	1、钛合金材质。 2、双芯双 线设计，提高螺钉强度和拧钉速度 3、长臂有预设的折断线 ，内外侧均有开槽，提供可控的折断点,表面光滑 4、钉套负角度锯齿螺纹设计，防止钉套撑开 5、 杆部增加自攻槽设计，方 便拧入 6、实现 5.5系统低切迹双锁螺母设计。 7、螺钉头最大万向 50° 活动角度、便于螺钉的置入和棒的放置。 8、直径：4.0-9.0mm
474	矫形钉	1400.00	1、满足多种矫形技术的需求和特殊解剖结构的需要 2、强大的兼容性：提高全椎体去旋转，节段去旋转或两种技术结 合的多种 矫形方式 3、卓越的操控性：能与所需连接的定位点简单、快速的连接工具 间的连接 安全可靠 4、为顶椎部分的去旋转提供了良好的操控性，恢复脊
475	调节杠	800.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
476	单轴钉	7880.00	1、钛合金材质。2、双芯设计，直径5.5-7.0mm,
477	单轴椎体钉	2050.00	1、钛合金材质。2、双芯设计，直径5.5-7.0mm,
478	单/双孔定位垫片	353.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
479	微创脊柱钉棒固定 系统-长臂万向微创 钉	14700.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼 设计，防 止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的 轴向把持力。4、钛合金材质。
480	微创脊柱钉棒固定 系统-微创复位钉	13800.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼 设计，防 止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的 轴向把持力。4、钛合金材质。
481	多轴钉	2546.00	1、螺钉选择：皮质骨螺，长度：16-40mm，松质 骨螺钉，长度：12-40mm ， 2、螺钉 万向30° 可变角。3、钛合金材质
482	微创脊柱钉棒固定 系统-万向微创复位 钉	13800.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼 设计，防 止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的 轴向把持力。4、钛合金材质。
483	微创脊柱钉棒固定 系统-长臂微创钉	13700.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼 设计，防 止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的 轴向把持力。4、钛合金材质。
484	侧方连接器	5680.00	1、钛合金材质。2、分为开口式，闭口式，长度10-40mm
485	椎板钩	5500.00	1、钛合金材质。2、分为多种形状，为临床提供多种选择
486	脊柱钉棒固定系统- 侧块螺钉	5286.00	1、螺钉选择：皮质骨螺，长度：16-40mm，松质 骨螺钉，长度：12-40mm ， 2、螺钉 万向30° 可变角。3、钛合金材质
487	横连器	5250.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
488	脊柱钉棒固定系统- 颈固定钉	1280.00	1、钛材质，2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的颈椎手术解决方案
489	脊柱钉棒固定系统- 枕颈固定块	5600.00	1、钛材质，2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的颈椎手术解决方案
490	脊柱钉棒固定系统- 颈融合块	16780.00	1、钛材质，2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的颈椎手术解决方案
491	脊柱钉棒固定系统- 连接块	3150.00	1、钛合金材质。2、多规格选择

492	脊柱钉棒固定系统-连接器	4800.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
493	脊柱钉棒固定系统-横连杆	2000.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
494	脊柱钉棒固定系统-横连钩	3000.00	1、钛合金材质。2、多规格选择
495	金属脊柱接骨板系统-颈椎前路钛板系统I型	356.25	1、板厚度1.9mm 2、螺钉在板长轴方向0~14度可调角度，横轴方向0~7度可变角度 3、螺钉分4.0mm颈椎螺钉和4.35mm应急螺钉，长度
496	金属脊柱内固定器-微创脊柱钉棒固定系统	14700.00	1、6个骨水泥孔增强固定，20mm滑脱提拉距离 2、50、80、110mm延长臂，适用更多患者，长尾末端可折断尾翼设计，防止长尾变形影响操作 3、锯齿马鞍式压块，可有效增加表面接触面积，提高棒和螺钉的轴向把持力。4、钛合金材质。
497	金属脊柱接骨板系统-颈椎前路钛板系统II型	7295.00	1、钛材质 2、钢板厚度1.75mm 3、螺钉分为固定角（自攻、自钻、应急）、可变角（自攻、自钻、应急）应急螺钉，长度12-18mm 4、螺钉在板上35°
498	金属脊柱接骨板系统-颈椎前路钛板系统III型	10412.00	1、有双排、单排 2、双排厚度2.5mm，单排2.3mm 3、螺钉在板上万向10° 可变角 4、卡轮在45° -180° 为最终锁紧
499	锁定钉	995.00	1、钛合金材质 2、自攻自钻螺钉设计，方便拧入
500	微L型板	3035.00	1、钛材质， 2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的椎板成形术解决方案
501	微T型板	6287.00	1、钛材质， 2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的椎板成形术解决方案
502	皮质骨螺钉	580.00	1、钛合金材质 2、自攻自钻螺钉设计，方便拧入
503	金属脊柱接骨板系统-颈椎前路钛板系统V型	1650.00	1、钛材质 2、钢板厚度1.75mm 3、螺钉分为固定角（自攻、自钻、应急）、可变角（自攻、自钻、应急）应急螺钉，长度12-18mm 4、螺钉在板上
504	锁定板	4585.00	1、自攻自钻螺钉设计，方便拧入 2、钢板多孔设计，便于螺钉灵活固定 3、提供全面且多样化的手术解决方案
505	金属脊柱接骨板系统-胸腰椎前路钛板系统II型	18800.00	1、钛合金材质。2、低切迹设计，低于钉座高度，长度20-160mm
506	金属脊柱内固定器-脊柱钉棒固定系统	16780.00	1、多轴螺钉头最大25° 活动角度、便于螺钉的置入和棒的放置 2、双芯双线设计，提高螺钉强度和拧钉速度 3、长臂有预设的折断线，内外侧均有开槽，提供可控的折断点，表面光滑 4、钉套负角度锯齿螺纹设计，防止钉套撑开5、杆部增加自攻槽设计，方
507	解剖型桡骨远端锁定钛板	13450.00	材质：钛6铝4钒 F. A. S. Tguide快速导向技术，专利三维支架结构为关节面提供良好的支持，有宽窄两种选择性，左：标准型 / 短型 / 窄型 / 短窄型 / 宽型 右：标准型 / 短型 / 窄型 / 短窄型 /
508	小骨锁定钛板	10300.00	材质：钛6铝4钒， F. A. S. Tguide快速导向技术，高柔韧，高强度两种钢板，右侧 / 左侧 / 直型 / Y型
509	螺钉	2550.00	材质：钛6铝4钒，型号齐全，2.4/2.7/3.5/4.5/6.5
510	锁定螺钉	4446.10	材质：钛6铝4钒，型号齐全2.4/2.7/3.5/4.5
511	皮质骨螺钉	1850.00	材质：钛6铝4钒，型号齐全，2.7/3.5/4.5
512	MTP融合板	20000.00	材质：钛6铝4钒，形状独特，贴附性强
513	侧向柱加长钛板	16800.00	材质：钛6铝4钒，侧向柱加长钛板，F. A. S. Tguide技术
514	单关节闭合融合钛	16000.00	材质：钛6铝4钒，两种型号选择小，大
515	松质骨螺钉	3780.00	材质：钛6铝4钒，稳定性强，4.0/4.5/6.5

516	第一跖骨融合钛板	16800.00	材质：钛6铝4钒，钢板独特的形状，两种型号可选择，左，右
517	跟骨锁定钛板	28000.00	材质：钛6铝4钒，钢板独特的形状，两种型号可选择，左，右
518	距骨颈钛板	22000.00	材质：钛6铝4钒，钢板独特，解剖设计
519	融合钛板	24000.00	材质：钛6铝4钒小，大
520	垫圈	2526.20	材质：钛6铝4钒垫圈
521	直型钛板	16000.00	材质：钛6铝4钒，贴附性强，长度多样选择，3，4，6，8，10，
522	舟骨钛板	16000.00	材质：钛6铝4钒左，右，钢板独特，解剖设计
523	非锁定螺钉	1234.80	材质：钛6铝4钒2.4/2.7/3.5/4.5/6.5
524	锁定钛板	20000.00	材质：钛6铝4钒，贴合性强
525	管形板	3000.00	材质：钛6铝4钒，100度管型：4，5，6，7，8孔
526	通用重建带	9405.00	材质：钛6铝4钒，规格齐全，4，5，6，7，8，9，10，12，14，
527	肱骨近端钢板	8120.00	4材质：钛6铝4钒孔，6孔，解剖设计
528	加压钛板	24049.38	材质：钛6铝4钒5，6，7，8，9，10，12孔
529	胫骨远端前侧锁定钛板	34810.00	材质：钛6铝4钒，F.A.S.Tguide技术原位塑性，宽/窄：6孔，9孔，12孔，15孔
530	胫骨远端内侧锁定钛板	26600.00	材质：钛6铝4钒，解剖设计，贴合性强，F.A.S.Tguide技术原位塑性，6，9，12，15孔
531	肱骨远端后外侧钛板	31400.00	材质：钛6铝4钒，预置套筒提供精确钻孔，9.11.17孔，解剖设计，贴合性强
532	腓骨复合锁定钛板	19500.00	材质：钛6铝4钒，解剖设计，贴合性强，6，7，8，10，12，14孔
533	腓骨解剖型锁定钛	22000.00	材质：钛6铝4钒，解剖设计，贴合性强，3，4，6，8，10孔
534	肱骨远端内侧钛板	29500.00	材质：钛6铝4钒，F.A.S.Tguide技术，解剖设计，贴合性强，9.10，13，17孔
535	肱骨远端外侧钛板	23190.40	材质：钛6铝4钒，F.A.S.Tguide技术，解剖设计，贴合性强，7，9，11，15孔
536	金属解剖型接骨板	6944.00	材质：钛6铝4钒
537	桡骨近端钛板	16500.00	材质：钛6铝4钒，F.A.S.Tguide技术，6，7孔，解剖设计，贴合
538	冠状突钛板	23240.99	材质：钛6铝4钒6孔，F.A.S.Tguide技术
539	尺骨鹰嘴钛板	18500.00	材质：钛6铝4钒解剖设计，贴合性强，形态独特，10，13，17孔，F.A.S.Tguide技术
540	星型板	4460.00	材质：钛6铝4钒16mm，大，偏心
541	股骨远端锁定接骨板	27820.00	材质：钛6铝4钒解剖设计，贴合性强，多轴技术可在30°锥形范围内随意调整螺钉至需要角度，长度：6，9，12，15，18孔
542	胫骨近端锁定接骨板	29000.00	材质：钛6铝4钒，预置套筒，两种干骺端弧度，双排竹筏螺钉以及内测支撑螺钉，标准/大号：3，5，7，9，11，13，15孔
543	1.8 Cable板 钢板，不锈钢	9500.00	材质：不锈钢，贴合性强
544	GTR，短型大粗隆再结合装置	7763.90	贴合度强，产品独特50.8mm
545	GTR远端1.8mm缆索	3400.00	强度高，不易断裂1.8*635mm
546	Cable 1.3mm Needle钢索配有针头和束缚器	3900.00	带针带螺钉两种可选择889mm
547	1.8 Cable，长钢索，钴铬钨镍合金	2868.00	强度高，不易断裂1.8*635mm
548	金属髓内钉	19460.00	1、材质：钛6铝4钒，产品选择多样化，短钉也分左右，曲率半径特色
549	缆索	3984.00	1、带针带螺钉两种可选择889mm
550	钢索配有锁扣	2592.00	金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组成
551	拉力螺钉	927.00	材质：钛6铝4钒，多种型号可选择性强70，75，80，85，90，95，100，105，110，115，120，125，130mm
552	索钉配有束缚器	5680.00	1、由金属带、金属扁平条或单股或多股金属丝组；2、规格：35mm-65mm
553	中空钉	6000.00	半螺纹，全纹螺设计，多样选择
554	锁定扣	3800.00	1、材质：钛6铝4钒
555	头髓钉短钉	15016.50	材质：钛6铝4钒，两种颈干角125° 130° CCD角
556	头髓钉长钉	19800.00	材质：钛6铝4钒，两种颈干角125° 130° CCD角

	557	头髓钉钉帽	360.00	材质：钛6铝4钒，三种长度可选择0mm，5mm，10mm
	558	定位螺钉	755.10	独立包装，包/枚
	559	索绑系统	49140.00	1、贴合度强，产品独特
	560	内外侧锥形股骨柄	21070.00	1，喷涂骨长入和骨长上效果，2，保留骨量抗旋，型号多
	561	双极杯	4630.00	规格：38mm-72mm
	562	双极杯衬垫	2000.00	规格：38mm-72mm
	563	压配型髌臼杯	31500.00	1，外表面喷涂处理，提供初始及长期稳定，2，内表面高抛光处理，高碳钴铬钼合金
	564	自攻螺钉	200.00	钛合金材质；2、15mm-80mm
	565	医用冲洗器	617.00	冲洗器结构由喷管(淋浴状喷管，刷状喷管)、枪体(含锁环，扳机)、进液管、电源盒和吸引管组成。进液管、吸引管材料为医用PVC。喷管材料为医用聚丙烯。枪体、电池盒材料为ABS。冲洗器以无菌方式提供。采用环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量不大于
36	566	射频消融电极及配件	11000.00	1、不锈钢包裹，抗弯曲性强 2、工作长度≥320mm 外径2.5mm 3、射频消融电极可独立拆装
37	567	皮质骨螺钉	280.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 直径：1.5mm-4.5mm, 长度：6mm-110mm。
	568	肱骨近端髁骨板A(纯钛)	10500.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：2-18孔，规格：50mm-307mm
	569	连接杆	1529.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 规格：25mm-90mm。
	570	连接块	8294.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 规格：6mm-29mm。
	571	L型骨板左/右B	13100.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 孔数：3-20孔，长度：80mm-264mm
	572	股骨髁支持骨板	9600.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：4-22孔，规格：50mm-290mm
	573	椎弓根螺钉	5700.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 规格：4.0mm-7.0mm
	574	手足部骨板(指骨)A	5600.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：2-22孔，长度：18mm-81mm
	575	带锁髓内钉附件	2473.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 直径：8mm-13mm
	576	肱骨近端髁骨板B	10500.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：3-20孔，长度：50mm-307mm
	577	脊柱接骨板	10536.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：4-18孔。
	578	脊柱矫形固定器(螺母)	672.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. M1-M9。
	579	髌骨板左/右A(纯钛)	6091.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 孔数：3-20孔, 长度：40mm-307mm。
	580	空心螺钉	2550.00	1. 国产。 2. 材质：纯钛。 3. 直径：2.5mm-7.3mm, 长度6mm-150mm。
	581	桡骨远端左/右A	6650.00	1. 国产。 2. 材质：钛合金。 3. 孔数：3-20孔, 长度：40mm-174mm。

582	髌骨板（腓骨远端前侧）左/右A(钛合金)	7628.00	1. 国产。 2. 材质:钛合金。 3. 孔数:3-20孔,长度: 40mm-307mm。
583	调节杠	1212.00	1. 国产。 2. 材质:钛合金。 3. 长度: 24-99mm。
584	椎体成形导向系统	7380.00	手柄旋口, 头端六面, 金属件长151mm, 外径3.5mm, 旋口, 外径3.5mm, 头端钻长32mm, 每2个标记间距为10mm; 全长200mm, 圆头, 刻度3cm, 刻度到头端距离166mm, 长度268mm, 直径16mm, 每2个标记间距为10mm, 外径4.2mm, 全长146mm, 金属件长120mm; 每2
585	椎体扩张球囊导管	11620.00	最大容量4ml, 最大压强300psi, 囊体长15mm, 头端到烫金标记长度162mm(误差10mm); Y型口无单向阀; 最大容量6ml, 最大压强300psi, 囊体长20mm, 头端到烫金标记长度162mm(误差10mm); Y型口无单向阀
586	髌骨板左/右A(纯钛)	6091.00	1. 国产。 2. 材质:纯钛。 3. 孔数:3-20孔,长度: 40mm-307mm。
587	肱骨近端髌骨板B	10500.00	1. 国产。 2. 材质:钛合金。 3. 孔数:3-20孔,长度: 40mm-307mm。
588	导引导丝	969.00	1、头端硬度0.7g, 直径0.014", 长度190cm; 2、Shaping-Ribbon无创头端, 头端3cm显影区; 3、镍钛合金核芯材质和Durasteel高强度不锈钢塑形条; 4、中段含钨聚合物护套+Turbocoat亲水涂层; 5、距离头端45mm处单个黄金标记设计, 方便测量病变长度
589	球囊扩张导管	3429.50	1、命名压8atm, 额定爆破压14atm; 2、球囊长度(mm) 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30; 球囊直径(mm) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0; 3、CrossFlex2多层球囊壁, PEBAX半顺应性球囊材; 4、柔软的含钨显影标记物, 5、超小的头端外径0.017", 通过外径0.021";
590	血管成型术套件	260.00	1、透明聚碳酸酯阀体, 旋转式紧合帽, 金属导引导丝插入工具和转矩器械; 2、止血阀最狭窄部位内径为0.12英寸(0.305cm)
591	固定弯诊断用电生理导管	3602.00	1. 导管管身由大扭矩管身和嵌入了铂电极的末端探头分组成, 探头有一个预成形弯曲部分, 配有尼龙探头护理套; 2. 导管用于心脏结构电生理标测, 即仅用于刺激和记录, 固定正交导管用于
592	体表参考电极	6120.00	1. 体表参考电极由聚碳酸酯连接器、泡沫贴片、贴片粘合剂和猪尾连接器组成, 非灭菌产品, 一次性使用, 配合Carto3电生理导航系统使用, 需要采取电磁兼容性(EMC)方面的特殊预防措施; 2. 体表参考电极应在辐射射频干扰被控制的电磁环境中使用, 在80MHz和800MHz频率, 应采用较高频段的公式d=1.2p
593	电生理电极导管	9030.00	1、管径: 5/6F; 弯型: 单弯; 弯形: MPD-D/G/S/CS/DL; MPD20; 有效长度: 110cm/110 ±5cm/65cm/120cm; 环电极宽度H, mm: 1±0.05; 端电极长度, mm: 2 ±0.2; 电极间距D, mm: 5±0.5/2-5-2-5-2-5-2-5-2±0.5/2±0.5/2-8-2-8-2-8-2-8-2±0.5; 其他描述: 电极极数十极 2. 导管是由铂电极、铜导线和聚亚安酯材料制成的柔性导管。电
594	标测导管	25200.00	1. 该导管由连接器、手柄、管身、骨架、管身电极和环电极组成, 使用时电磁辐射要求: 导管需要在GB 4824射频发射1组和A类环境适用; 2. 星形标测导管预期在±6KV接触放电, ±8kV空气放电电磁环境中使用; 在150kHz~80MHz整个频率范围, 磁场强度应
595	房间隔穿刺针	3200.00	1、房间隔穿刺针由针座、针管、针尖三部分组成。 2、针管外径D1±0.02: 1.09/D1±0.02: 1.18; 针管内径d1±0.02: 0.65/d1±0.02: 0.82; 针尖长度L2±1.0: 15; 针尖外径D2±0.01: 0.63/D2±0.01: 0.78; 针尖内径d2±0.02: 0.33/d2±0.02: 0.5; 总长L±1%: 560/710/890;
596	房间隔穿刺鞘	2080.00	1、房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。 2、导管鞘有效长度(cm) ±5%: 45/60/62/80; 导管鞘弯形: T1/T0/T2;

597	诊断/消融可调弯头 段导管	27850.00	1. 导管管身7.5F（带8F环形电极），该导管必须与射频仪及背部电极配合使用，具有受力感应技术，有一个高扭矩的管身和一个单向可弯曲的头部，头部装有一组电极；2. 该导管适应症广，当与射频仪一起使用时可用于治疗房颤、房扑和室性心律失常；3. 使用时功率≤30W时灌注流量为17ml/min，31W至50W时灌注流量
598	洗脱冠脉支架系统	13280.00	1、MULTI-LINK支架平台，采用3-3-3非线性连接； 2、L-605钴铬合金材质，依维莫司载药（100ug/cm ² ），0.0032"支架梁厚度； 3、2.25-2.75（mm）命名压8atm，3.0-4.0（mm）命名压10atm，额定爆破压18atm； 4、导管工作长度143cm，头端通过外径0.022"，最小引导导管5F；
599	植入式心律转复除 颤器	144000.00	1. 流线型外壳 2. Smartshock, PR-Logic Li/CFx+SV0电池
600	植入式心脏起搏器	88200.00	1. Search AV自动阈值管理 2. 自动极性识别
601	植入式再同步治疗 心律转复除颤器	157500.00	1. 流线型外壳 2. Smartshock Li/CFx+SV0电池
602	经皮下电极传送鞘 管系统	402.00	1. 撕开鞘 2. 内置止血阀
603	左心部传送导管系 统	2560.00	1. 亲水涂层 2. 内置止血阀 3. 切开鞘
604	传送导管系统	950.00	1. 亲水涂层 2. 3830电极配套鞘管 3. 切开鞘
605	除颤电极导线	11900.00	1. 聚亚安酯+硅树脂 2. 激素电极 3. 内腔不对称设计 4. 双极&集成双极可选择
606	植入式心脏起搏电 极导线	14040.00	1. 聚亚安酯+硅树脂 2. 激素电极
607	压力延长管	65.00	1、硬质PVC（聚氯乙烯）材质；2、长度30cm\60cm\91cm\122cm等各种长度，近端有一个母鲁尔接头或公鲁尔接头，远端是公鲁尔
608	连通板	100.00	1、聚碳酸酯材质，浅蓝色体，耐压200\500psi；2、端口数量1、2、3、4或5个；端口方向朝左侧
609	血管内造影导管	157.00	1、管身聚碳酸酯材料，扁钢丝编织，一次成型技术，底座双翼设计，更易抓握和操控；2、薄壁设计，内径4F1.07mm\5F1.17mm\6F1.37mm，长度100cm\125cm，多种头端满足
610	充盈压力泵系统	740.00	1、碳酸酯管身，装配有螺纹柱塞和锁/解锁条，33cm延长管、三通阀；2、波登管独特设计，5mm头端安全空间；3、容量20ml，控制压力-1—+30ATM/bar，精确到+/- 1ATM/bar
611	环柄注射器	105.00	1、聚碳酸酯透明针筒；2、头端0.5ml的安全空间；3、容量6ml\10ml\12ml\20ml
612	造影导丝	95.00	1、不锈钢材质，可移动内芯；2、产品外表聚四氟乙烯涂层，增加光滑度和耐用度；3、长度：150cm\180cm\260cm；尺寸0.035英寸\0.038英寸；J 3mm\直头\本特森\牛顿等各种头端
613	房间隔缺损封堵器	9360.00	1，该产品由镍钛合金丝编织网（镍钛合金）、上端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、下端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、阻流体（聚酯纤维膜）和缝合线（医用聚酯线）组成。2，环氧乙
614	室间隔缺损封堵器	9200.00	1，该产品由镍钛合金丝编织网（镍钛合金）、上端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、下端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、阻流体（聚酯纤维膜）和缝合线（医用聚酯线）组成。2，环氧乙
615	动脉导管未闭封堵 器	8300.00	1，该产品由镍钛合金丝编织网（镍钛合金）、上端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、下端头（00Cr18Ni14Mo3不锈钢）、阻流体（聚酯纤维膜）和缝合线（医用聚酯线）组成。2，环氧乙
616	封堵器输送装置	1123.00	1，该产品由长外套管、内芯、非标准或标准接头、防漏接头、转换接头、输液连接管及短外套管组成。2，长外套管及短外套管采用聚四氟乙烯制成、内芯及输液连接管采用聚乙烯制成、接头材料为ABS。3，环氧乙烷灭菌，一次性使用。4，保质期：24个月；导管长度：85cm；是否带导丝：否；导管内径(F)：6/7/8
617	圈套器	2200.00	1，圈套器是由镍钛形状记忆合金丝、304不锈钢管、镀金纯铂丝套环和PTFE套管组合而成。2，圈套器的前端为一圆套环，与圆套环连接部分为组成圆环钢丝的延续部分，两者约呈90度角。3，圈套器受力拉伸后呈伸展的线条状，外力去除后自动恢复定形的形状。4，环氧乙烷灭菌。一次性使用

39	618	左心耳封堵器	51000.00	1, 该产品由带有覆网的封堵器和传输系统组成。2, 封堵器由金属网、覆网、覆网固定线、覆网固定销和覆网固定螺母组成。制造材料为: 金属网和覆网固定销: 镍钛合金; 覆网: PET; 覆网固定线: 带涂层的涤纶纱; 覆网固定螺母: 钛。3, 产品经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。4, 货架有效期3年。5, 最大部位直径: 21、24、27、30、33; 传送系统工作长度: 83cm; 传送系统外径:
	619	导引系统	9000.00	1, 该产品由导管鞘和扩张器组成。制造材料为: 扩张器: 高密度聚乙烯和低密度聚乙烯; 导管鞘轴: Pebax和304不锈钢编织内衬; 导管鞘不透射线标记: 铂铱合金; 导管鞘手柄: Pebax; 导管鞘侧管: 聚氯乙烯; 导管鞘的侧孔和端口帽: 聚碳酸酯; 导管鞘密封剂: 硅橡胶。2, 产品经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。3, 产品货架有效期为3年。4, 内径: 12Fr; 外径: 14Fr; 长度: 75cm
	620	延长导管	4100.00	1、产品外表有亲水涂层, 有助于输送器械。 2、具有双标记带, 有助于在影像下显影对位。 3、长度: 120cm不锈钢海波管段, 25cm导引导管段, 全长145cm, 海波管和导管连接采用内嵌式聚合物包裹, 连接更紧密坚固, 导管具有柔软无创头端。 4、导管内径: 0.057英寸, 外径: 0.066英寸, 大内腔兼容更多器
	621	指引导管	1100.00	1、该产品为市面唯一外表有亲水涂层的导引导管, 有助于减少桡动脉痉挛, 提高输送力。远端7cm和近端25cm无涂层保证术者操作感和提高支撑力。 2、具有柔软无创头端和头端标记带, 有助于安全操作和在影像下显影对位。 3、型号: 大小: 5F: 0.058" 6F: 0.071" 7F: 0.082" 8F: 0.092", 大内腔兼容更多器械。 , 全长100cm
	622	PTCA手术配件	300.00	1、止血阀按压式设计, 最大程度减少出血, 手术视野更洁净; 2、止血阀内径: 0.96"/2.44mm; 3、夹持式设计导丝扭控器; 4、导丝导引器使用锥形针座式内腔, 便于导丝进入;
	623	可吸收性缝线	385.70	1. 线径0#-4/0, 针长17mm-40mm, 线长45cm-150cm; 2. 产品表面有三氯生抗菌涂层; 3. 降解方式: 水解; 4. 产品材料位聚糖乳酸910
	624	不可吸收性缝线	820.00	1. 材质为: 聚丙烯/聚酯/钢丝; 2. 线径5#-7/0, 针长11mm-40mm, 线长45cm-150cm; 3. 聚丙烯材质为单股; 聚酯材质为16股线束加一股线芯; 钢丝材质为多股。
	625	骨蜡	25.00	1. 材质为75%蜂蜡, 15%石蜡和10%棕榈异丙酯组成的不可吸收性蜡混合物 2. 白色矩形片状固体
	626	丝线	9.00	1. 材质为蚕丝; 线径0#-4/0, 针长17mm-40mm, 线长45cm-150cm; 2. 不可吸收
	627	临时心脏起搏导线	143.00	1. 直针 (两种长度SKS或成人SKS-3成人) 2. 导线带有蓝色聚乙烯绝缘涂层 (61cm长); 2. 弯针 (1/2 (RB-1或SH或3/8环行), 有单包单根导线和单包双根导线两种包装。
	628	倒刺线	780.00	1. 由带倒刺的缝合材料构成, 一端连有手术缝针而另一端连有一个环。2. 装置借助一段的闭环和另一端的单向倒刺阶段进行锚定。3. 装置由无菌合成的可吸收单股缝线组成, 其采用乙交酯和e-己内酯的共聚物制成。4. 缝线为未染色。
	629	双叶式机械心脏瓣膜	7990.00	1, 国产; 2, 瓣环、瓣叶由热解碳构成; 3, 缝合环由生物相容良好的医用涤纶布缝合而成; 4, 瓣叶开合角度为85° 5, 瓣叶和瓣环表面光洁, 有效防止血栓; 6, 具有标记线, 有助于识别
	630	可吸收性止血纱	310.00	该产品是由再生氧化纤维素的可控氧化而制备的一种无菌可吸收的编织物, 织物为白色, 带有浅黄色的内衬, 有轻微的焦糖味, 经辐射灭菌, 一次性使用, 大小长5.1cm, 宽2.5cm
	631	可吸收止血流体明胶	2845.00	适用于在毛细血管、静脉和细小动脉等出血而依靠压迫、结扎或其它传统方法控制无效或不可行时的手术辅助止血
	632	可吸收结扎钉夹	178.00	1. 产品由可溶于水, 无残留; 钉夹带有安全锁扣设计, 血管或管状结构360度完全夹闭, 闭合长度为13.7mm; 无影像学干扰; 2. 钉夹通过水解, 在植入人体21天内提供安全可靠的结扎。
	633	弧形切割吻合器和钉仓	4095.00	1. 产品钉仓材质为钛合金; 2. 产品成钉高度为2.0mm, 切缝同步。
	634	弯型和直型管腔内吻合器	3750.00	1. 产品由钛合金制造而成, 具有人体工程学防滑手柄和组织压缩厚度指示窗; 2. 可用于全消化道端-端、端-侧、侧-侧吻合; 3. 适用于1.0mm-2.5mm的闭合范围及缝钉长度为21mm-33mm; 4. 吻合后可立刻安全地接受扫描。
	635	直线形切割吻合器和钉仓 (枪)	2800.00	1. 产品具有凸轮装置和组织定位纽扣设计, 保证从远端到近段的成钉一致, 防止组织外溢。2. 产品缝合长度为75mm。

	636	直线形切割吻合器和钉仓（钉）	2000.00	1. 适配切割吻合器钉仓，材质为钛合金；2. 四排成钉，成钉高度为1.5mm、1.8mm。3. 产品缝合长度为75mm。
	637	腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓（枪）	4028.00	1. 产品有弧形钉砧，预压榨功能，三点间隙控制系统；2. 自适应关节头可左右转向各45度。3. 产品缝合长度为45mm、60mm。
	638	腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓（钉）	1920.00	1. 适配腔镜切割吻合器钉仓，材质为钛合金；2. 产品缝合长度为45mm、60mm；3. 六排成钉，成钉高度为1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm。
40	639	一次性使用负压治疗吸附垫	7300.00	1、国产 2、产品由连接管路、吸附海绵垫、隔离垫、医用胶带组成 3、连接管路为医用级PVC导管，连接管路应该透明，色泽均匀，无死折和扁瘪现象 4、连接管路长度为500mm±50mm 5、医用胶带长度为380mm±5mm，宽度80mm±5mm 6、产品为辐射灭菌，灭菌有效期2年
	640	集液瓶	1000.00	1、一次性使用. 应无色透明. 无毛刺、无流塑、无缺损等缺陷； 2、连接管路为医用级PVC导管，长度不小于1400mm
	641	皮肤牵张闭合器	7600.00	1、由粘贴板和牵张条两部分组成，材质是聚丙烯 2、产品方便不同部位的创面的牵拉闭合 3、产品为辐射灭菌，灭菌有效期3年
41	642	一次性使用防返流引流袋	1.45	1、国产。2、由护帽、进液接头、进液管、挂钩、绑带、袋体、防返流止回膜、排液管、排液阀、床单夹、非乳胶橡胶和夹子组成。3、经环氧乙烷灭菌
	643	一次性使用医用粘贴敷料	0.78	1、由医用非织造布和人造纤维为主要原料制成。2、环氧乙烷灭菌。
	644	一次性使用吸引管	4.35	1、吸引管部分由导管外套、导管内芯和接头组成；连接管部分由导管和接头组成。2、采用符合GB15593-1995的输血（液）器具用软聚氯乙烯制成。3、经环氧乙烷灭菌。
	645	一次性使用引流瓶	5.00	1、配置带接头的PVC导管，总长度不小于100mm，内径不小于4.0mm。2、II型满程负压为4kpa，I型满程负压9-11kpa。3、经环氧乙烷处理，无菌。
	646	胃管	7.00	1、由医用高分子、不锈钢导丝、硅胶材料制成。2、由接头、三腔接头、堵头、导管、咬口器、一次性使用手套、导丝、导丝接头和肠营养管组成。
	647	灭菌剂	35.00	1、二元粉剂；每盒有A剂（乙酰水杨酸）105g、B剂（过碳酸钠加其他化学物质）157.98g2、为医用灭菌器专用产品。
	648	检查橡胶手套	1.50	1、天然橡胶乳胶，有粉手套含美国药典（USP）等级玉米淀粉。2、符合GB10213/ISO11193-1标准系列。
	649	超声刀手柄	26700.00	1、握把聚碳酸酯 2、杆身304不锈钢 3、工作头端钛合金
	650	超声高频外科集成系统超声刀头	7000.00	1、握把20%玻璃填充，2%硅润滑聚碳酸酯与苯乙烯嵌段共聚物包覆模制。 2、杆身304不锈钢 3、工作头端钛合金
	651	钛夹	4.50	1、以纯钛为原料。2、环氧乙烷灭菌
	652	木质棉	50.00	滤膜材质为聚丙烯pp, 熔喷.
	653	折叠棉	265.00	滤膜材质为聚丙烯pp, 折叠.
	654	尼龙N66微孔折叠滤	1180.00	尼龙，10寸，精密度0.1
	655	打印纸	15.00	打印纸，热敏材质
	656	气腹针	1600.00	具有受弹簧控制的钝针芯，带LUER锁
	657	冲洗插针	4750.00	可拆洗、可旋转、手术器械配套使用
	658	电磁式电容箱	7900.00	真空高压脉冲触发，放点范围10KV-16KV,
	659	声学透镜	1900.00	高精密度注塑一体成型，双凹面声学折射聚焦，误差小于1mm
	660	电磁盘	6500.00	震波膜和三氧化二铝陶瓷体一体化封装，收缩压峰值：20-50Mpa, 膨胀压峰值：<9PMpa, 电压范围：10KV-20KV, 冲击波脉宽≤1 μ S, 冲击频率：1-3Hz, 电感≤100 μ H
	661	硅胶水囊	380.00	长寿命高纯度医用级透明硅胶材质，带排气尾管
	662	理疗用电极	158.00	1、用于导乐分娩镇痛仪镇痛过程中使用的电极片。2、由无纺布、尼龙粘扣、导线、凝胶和硅橡胶等组成。3、手臂部电极片规格40mm*40mm、腰部电极片规格40mm*80mm。 4、阻抗为

663	医用激光光纤	13000.00	1. 光纤应与兼容激光器配合使用，用于软组织的开放性、腹腔镜和内窥镜的碎石、消融、汽化、切除、切割和血凝结等外科手术。 2. 激光器连接器将玻璃纤维固定至激光系统。 3. 可使用环氧乙烷灭菌。
664	血管切割闭合器	17500.00	1. 配合高频电外科手术系统使用，可安全闭合≤7mm的动脉，静脉，淋巴管和组织束 2. 同时具备切割和闭合功能 3. 器械具备手控按钮 4. 器械具备一体化冷刀切割刀片 5. 钳口表面：带陶瓷圆点的纹理表面 6. 钳口表面具有隔热保护层