

2022年重采医用耗材第四批清单（第二次）

包号	序号	耗材名称	预算单价 (元)	参数
2	2	圆形切割钻头	1512	直径6mm，长度64mm，切割钻头
	3	圆形切割钻头	1772.8	1. 可以注水和吸引 2. 12° 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.
	4	工具钢切割钻头	1772.8	直径4mm，长度72mm，切割钻头
	5	圆形切削钻头	1772.8	1. 1. 可以注水和可以注水和吸引 2. 12° 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.
	6	圆形金刚沙钻头	1352	1. 可以注水和吸引 2. 12° 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.
	7	圆形粗金刚沙钻头	1352	直径1mm，长度72mm，金刚砂粗砂钻头
	8	IPC专用注水管	760	1. 用于手术注水和吸引
	9	0度直刀头	2246	1. 可以注水和吸引 2. 12° 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞. 3. 长度11cm能切除鼻息肉及筛房。刀头经特殊加工，锐性切割组织，充分保护周边粘膜，坚固耐用，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。
	10	120度上颌窦刀头	4443	RAD 120度弯刀头，内外三齿刀头，直径3.5mm， 长11cm，
	11	小兒增值体切除刀头	2246	40度弯刀头，内外三齿刀头，刀头开口向外，直径4mm， 长11cm
	12	40度弯刀头	2700	1. 可以注水和吸引 2. 12° 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞. 3. 长度11cm能切除上颌窦口组织。主要用于处理上颌窦口的病变
	13	高速圆切割钻头	4400	20度弯曲钻头，具有钻头外套，避免热损伤
	14	注水管	760	1. 用于手术注水和吸引
	15	通风管	175	1. 材质为硅橡胶，为渗出性中耳炎提供一个供液体流出的通道和平衡中耳压力，用于预防中耳积液

	16	经外周插管的中心静脉导管套件及附件	1900	1. 支持EKG技术 导管具有导电性能 2. 带瓣膜，防止反流及血凝性堵管
	17	透析导管	539	导管长度15cm-25cm
	18	透析导管	2205	带cuff永久性血液透析导管
	19	植入式给药装置专用针	130	用于接入通过手术植入的血管内输液港，可进行高压注射。
	20	补片	4850	1. 国产部分可吸收补片，有部分可吸收腹膜前装置，部分可吸收3D立体腔镜专用补片等其他术式补片。2. 材料由聚丙烯（PP）单丝与聚乙交-己内酯（PGCL）单丝混合编织制成。 3. 部分可吸收材料，吸收前65-90g/m²，三个月后吸收，吸收后为30g/m²； 4. 3~4mm大网孔，高孔隙率68-72%。
3	21	脑室外引流及监测导管	2330	1、粗型引流管内径2.6mm，外径4.9mm，长度35cm，大的侧孔可引流血性脑脊液和血凝块，透明硅胶材质可观测脑脊液性状； 2、细型引流管内径1.98mm，外径3.14mm，透明硅胶材质可观测脑脊液性状，头端有长度标记和显影标记； 3、带精确刻度的滴液腔，引流袋容量700ml，疏水滤膜防止感染和防逆流。
	22	微创扩张引流套件	2200	1、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、扩张器由聚丙烯材质或聚乙烯材质制成；剥皮鞘由聚乙烯材质或聚四氟乙烯材质制成；引流管由硅胶材质制成。 3、手术刀的刀片由Cr06材质或T10材质制成，手术刀的刀柄由聚丙烯材质或 ABS 材质制成。 4、导引钢丝的钢丝由06Cr18Ni1Ti不锈钢或ICr18Ni9Ti不锈钢或钛镍合金材质制成，导引钢丝的钢丝表面覆盖由聚氯乙烯材质或聚四氟乙烯材质制成；导引针的针管、针芯由不锈钢材质制成，导引针的针座由聚丙烯材质或 ABS 材质制成，导引针的护套由聚氯乙烯材质或聚丙烯材质制成。
	23	颅颌面固定系统	10368	1、钛网厚度0.6mm，孔边缘有斜切设计，螺钉植入后表面平整。二维钛网加硬型用于大面积颅骨缺损修补，尺寸152*152mm，三维钛网可人工塑形，尺寸50*56mm； 2、十字螺纹螺钉，自攻式无需预钻孔，成人型1.6*4mm和儿童型1.6*3.5mm，和二维钛网、三维钛网、各型连接片都能完美匹配。
	24	颅颌面固定系统(钛条)	2037	1、雪花状连接片，厚度0.6mm，直径1.4mm； 2、直形连接片为1孔*1孔，8mm轴距； 3、直形连接片为20孔，5mm轴距 4、孔边缘有斜切设计，螺钉植入后表面平整，可术中人工弯曲或塑形，用于异形或骨碎片的固定。
	25	亲水导丝	726	1、进口或国产，导丝直径0.035英寸，长度≥1.5米 2、导丝表面具有多层复合亲水涂层 3、导丝采用镍钛合金工艺，具有多种硬度：标准硬度、等加硬 4、导丝具有3~5cm柔软头端

4	26	经皮肾穿刺套件	2798	套件组成： 肾盂球囊型导管 弹簧导丝 超音波穿刺针 扩张管 固定板 造影针 固定针 材质：肾盂球囊型导管：导管：硅橡胶，单开阀：聚丙烯；弹簧导丝：不锈钢（SUS304），聚四氟乙烯；扩张管：聚乙烯；超音波穿刺针：不锈钢（SUS304）针基：聚碳酸酯，针座：聚丙烯；固定板：硅橡胶 适应症：用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿
	27	脑脊液分流管及附件	21420	1、阀门规格型号齐全，可满足成人和儿童患者； 2、阀门可5档调节压力，有供穿刺取样或注射药物的储液囊； 3、脑室端导管内径1.3mm，外径2.5mm，长度23cm，侧孔引流且有长度标记和亲水涂层； 4、腹腔端导管内径1.3mm，外径2.5mm，长度90cm，狭长壁缝式开口且有长度标记和亲水涂层。
	28	T型把手撕开鞘	530	医用耗材参数： 材质：四氟化乙烯，六氟化丙烯共聚物、聚丙烯，有效长度160mm.165mm 适应症：本产品与经皮肾穿刺套件配合使用，用于经皮肾造瘘术，辅助导管留置在肾盂内用于导尿
	29	压力泵	1800	多层纤维技术 2.30 ATM 爆破压 3.4mm放射显影的头端和 2个白金标记带. 4.球囊导管的导丝腔和充盈腔为共轴设计 5.涂层和独特的球囊折叠器 6.10CC高压注射泵
	30	肾造瘘球囊扩张导管	5900	多层纤维技术 2.30 ATM 爆破压 3.4mm放射显影的头端和 2个白金标记带. 4.球囊导管的导丝腔和充盈腔为共轴设计 5.涂层和独特的球囊折叠器 6.10CC高压注射泵
	31	输尿管镜球囊扩张导管	5900	1.独特的多层纤维技术 2.30 ATM 爆破压 3.4mm放射显影的头端和 2个白金标记带. 4.球囊导管的导丝腔和充盈腔为共轴设计 5.Glissando™ 涂层和独特的球囊折叠器 6.10CC高压注射泵
	32	输尿管支架	2700	1、由一次性使用J型导管、助推管（PVC材料制成）和导丝（金属材料制成）组成 2、J型导管由医用级进口聚氨酯材料制成，具有稳定性和生物相容性，尺寸精准，便于手术操作 3、光滑度高，孔腔大，引流通畅
	33	臭氧导气头	4.5	适用范围：连接于医用臭氧冲洗治疗仪得治疗或冲洗手柄上，供建立阴道内输送臭氧气体或含臭氧的液体的通道用。无菌包装，环氧乙烷灭菌
	34	微导丝（血管鞘）	790	血管鞘由扩张器、鞘管、鞘管座、止血阀、接头组成，套装由血管鞘、扩张器、导丝组成。用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术。
	35	胸主动脉瘤支架系统	81389	由聚酯编织物覆膜的Z-型支架，支架延长器，放送器系统组成。覆膜支架由304不锈钢，聚对苯二甲酸乙二醇酯，24K黄金制成。放送器系统具有亲水涂层。用于胸主动脉瘤、胸主动脉夹层和假性动脉瘤的腔内隔绝性治疗。
	36	胸主动脉瘤支架系统（自膨式静脉支架）	61815	支架由镍钛合金制成，两端各有四个24K黄金标记。7F输送系统，0.035导丝兼容；支架直径14和16mm；支架长度有60、100和140mm；输送系统长度80mm、120cm；定位精准；较长的长度；强径向力；出色的柔韧性及抗折性；支架释放时定位精准；支架放置时没有支架缩短；支架放置后没有移位；唯一一款用于髂股静脉指征的静脉支架
	37	聚乙烯醇泡沫栓塞微粒	1500	每瓶含1毫升微粒，适用于血管丰富的肿瘤及动静脉畸形的血管内栓塞。

38	微导管	3300	适应症：适用于外周介入各种手术 产品组成：微导管组成为由微导管，2个1毫升注射器，带3通的连接管和Y接头组成。微导管头端带有显影标记，整体管身带有亲水涂层，整体杆身为5种不同硬度利于各种复杂手术中的操作。管腔为2.5F/2.8F，导管长度135-150cm
39	腔静脉滤器	14600	通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于过滤下腔静脉血液以预防肺栓塞
40	腔静脉滤器回收器械	5400	适应症：用于回收腔静脉滤器和抓捕血管内异物 产品组成：由同轴回收鞘管系统（回收鞘管，回收导管和同轴扩张器），回收圈套系统（鞘管，回收圈套和Y接头），扩张器，穿刺针和导丝组成。回收器械外鞘为11F，可取各种腔静脉滤器或异物，前端鹅颈形状的设计对回收血管内的异物很有帮助，此外由于导丝或导管等不明原因引起的断裂掉落在血管内都可以用于抓捕。
41	胆道支架	10800	适应症：用于胆道系统的恶性肿瘤的姑息性治疗。 产品组成：由支架和放送系统组成配有注射器。支架材料为镍钛合金，径向支撑力强，远近端各有4个嵌入支架的黄金标记，利于支架在DAS下的显影，输送器的长度40cm，后撤式释放。直径有6-10mm。长度为4-10cm。
42	血管支架	20000	由镍钛合金支架和输送系统组成，具有较强径向力和高度柔韧性的结构。用于髂动脉、股浅动脉、腘动脉（膝上），治疗以下疾病：动脉粥样硬化性狭窄、已接受再通术的完全闭塞。
43	经颈静脉肝内穿刺器械	5400	由通芯针、导管、加硬套管、扩张器、CHECK-FLO导引器和导丝组成，不同型号中所包含的组件不同。用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。
44	栓塞弹簧圈	1800	适用于动静脉血管栓塞手术。
45	快速交换球囊扩张导管	6080	适应症：用于经皮腔内血管成形术，外周动脉疾病或人工性动静脉透析瘘管的阻塞性病变。产品组成：为双腔导管，由球囊，导管和导管座组成，带有铂铱合金不透射线标记；快速交换球囊在输送杆头端到输送杆中部55cm处有开口用于导丝的进出，方便术者的操作。
46	球囊扩张导管	2926	用于经皮腔内血管成形术，以及治疗外周动脉病变以及原发性阻塞性病变或人工性动静脉透析瘘管阻塞。
47	血管鞘	1370	适应症：用于穿刺血管及导入导管球囊导管或支架，进行介入诊断或治疗手术。 产品组成：由扩张器，鞘管（鞘管为金属编网，抗折性强），鞘管座，止血阀，接头组成，套装由血管鞘，穿刺针，导丝和注射器组成。
48	微导丝	1376	由芯丝、绕丝和涂层组成。，用于放射介入诊断和治疗手术，引导导管插入血管或定位。
49	微导丝（引流导管）	1530	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道/肾盂或脓肿进行引流。
50	微导丝（亲水涂层导丝）	1376	用于辅助向外周血管系统内输送经皮导管
51	活检针	860	1. 可提供B超下，CT下，核磁下进行组织活检。 2. 可单手操作，快速准确。
52	导入器	2740	导入器由导管鞘和扩张器组成。用于导入球囊，闭合末端和非锥形末端导管或其它诊断和介入性器械

	53	胆道引流导管	1530	用于胆道，脓肿，囊肿等疾病进行引流。 产品组成：由引流导管（导管，导管座和固定拉线），导管导入套管，套管针，皮肤固定器组成。 具有AQ亲水涂层，管腔：5-14F多种直径供临床选择，25cm-40cm的长度6-32个侧孔尿烷材质导管具有抗折功效，不易堵管；前端是猪尾设计能有效防止病人在走动中产品滑出体外而造成的二次伤害；独特的蝴蝶结设计加固了体外部分的稳定性，不易发生脱落。
	54	经皮导入器	1530	用于经皮穿刺导插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术。
	55	支持导管	5190	带亲水涂层的支持导管是一种抗扭结编织导管，具有4个间隔5cm远的不透射线标记，起始于导管远端尖部；用于小血管或超选择性诊断和介入操作，可用于外周血管。
	56	超滑微导丝	2450	适应症：外周介入各种手术都适用。 产品组成：由芯丝，包被和亲水涂层组成，配有扭控器。用于辅助向外周血管内输送经皮导管。
	57	腹主动脉瘤支架系统	70794	由覆膜Z型支架和放送系统组成，支架材质为304不锈钢。适用于腹主动脉瘤等腔内隔绝。
	58	开孔型腹主动脉瘤血管内支架系统	150000	由包有聚酯材料编织物覆膜的Z-型支架和放送器组成。支架由近端开孔型主体，远端分叉型主体，同侧/对侧髂动脉分支组成。支架材质为304不锈钢；覆膜为聚酯纤维编织物，24K黄金。适用于腹主动脉瘤等腔内隔绝治疗，特别是一些复杂的需要订制支架的患者使用。支架主体直径为24-34mm. 远端分叉型主体直径为16-24mm，长度76-109mm. 同侧/对侧髂动脉分支直径为8-24mm，长度为54-122mm
	59	导丝	648	由芯丝和绕丝组成，产品表面覆有聚四氟乙烯涂层。用于血管介入诊断和治疗手术。
	60	球囊导管	2865	由球囊、导管和导管座组成。用于大血管的临时性闭塞或扩张人造血管。
	61	球囊导管(多侧孔灌注导管)	2700	适应症：适用于血管内治疗药液的可控制灌注。 产品组成：由5F多侧孔尼龙导管，导管端孔封堵导丝，Y型接头，双向检控阀和1ml鲁尔锁定接头注射器组成。 溶栓导管工作长度为7-20cm，配备有封堵导丝，封堵导丝能精准的控制药液针对血栓进行作用，导管长度为90-135cm两种长度。
	62	扩张器	3500	用于扩张穿刺部位或导管通道。
	63	髂动脉封堵器(血管内回收钳)	5950	适应症：用于血管内异物的抓捕。 产品组成：由异物抓颌，钳杆，控制手柄和插管组成，材质为不锈钢。直径3F的输送器适用于各个部位的血管，钳式抓捕器更易于抓捕住异物，120cm和135cm的输送器长度足够人体各个部位的血管异物的抓捕。在介入手术时滤器在回收时如遇贴壁造成的困难回收，可用此血管钳来辅助经回收。
	64	血管造影导管	1267	用于放射介入诊断和治疗手术，具有多种型号多种长度可供临床选择使用，有适当的硬度能适用于各种介入手术。
6	65	凡丁质手术冲洗液	676	4. 具有透气性、阻水性、阻菌性。
7	66	植入式心脏起搏器	54720	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	67	导管鞘组	295	包括一个穿刺针、一个注射器、一根导丝和一个血管扩张器/导管鞘组件。
	68	植入式心脏起搏器	33322	该产品由导管杆、座以及耐扭折护套组成，带有不透射线的金标准，外表面覆有亲水性涂层（二甲基丙烯酰胺-缩水甘油甲基丙烯酸酯共聚物），导管内表面涂有硅油润滑剂。制造材料为：导管杆内层：聚四氟乙烯、中层：聚氨酯弹性体、加强体：不锈钢SUS304、外层：聚酯弹性体和聚氨酯弹性体；座：尼龙12；耐扭折护套：聚氨酯弹性体。产品环氧乙烷灭菌，灭菌有效期24个月，一次性使用。
	69	植入式心脏起搏器	52500	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	70	植入式心脏起搏器	67500	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	71	植入式心脏起搏器	59000	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。

	72	植入式心脏复律除颤器	106798	由混合电路、电池、连接头端（IS-1、DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。
	73	植入式心脏起搏器电极导线	4819	由电极导线和附件组成。电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋组成。
	74	植入式心脏复律除颤器电极导线	7962	由电极导线入附件组成，电极导线由传导电线、电极导线、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。
	75	植入式冠状窦电极导线	7953	由电极导线和附件组成，电极导线由IS-1连接器、导线缠绕芯、头端电极、环形电极、电极导线体、类固醇药套、电极导线固定套管组成。
	76	左室递送系统	1484	产品组成为导引内鞘管、导引外鞘管和套装配件。每根导引导管中都包括扩张器。套装配件中包括：导引钢丝、阀门通过工具、扭矩扳手、注射器、单向阀、连接阀门、封堵帽和切割工具。
	77	医用雾化器	980	药液雾化成直径0.5 μm—5 μm的雾粒 压力：50MPa- 130MPa 流量：5L/min-10L/min 噪音：≤60dB
8	78	透明敷料	17	1. 外观 应清洁, 不应有色斑、污点及异物，背面不应参胶。 2. 剥离强度 应不低于1.0N/cm。 3. 持粘性 应不大于2.5MM。 4. 灭菌 透明敷料经过一个确认的灭菌过程使其无菌。
9	79	血管鞘组	174	该产品由穿刺针、导引套件、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铈的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500MM的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300MM的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	80	导丝	200	该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基丙烯酸酯-顺丁烯二酸酐共聚物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	81	血管内造影导管	159	血管内造影导管由导管主体、远端软管、柔软尖端、座、抗折套管组成。制造材料：导管主体外层远端软管：含有氧化铈的聚酰胺弹性体；导管主体编织层：316不锈钢；导管主体内层：含有氧化铈的尼龙12；柔软尖端：含有硫酸钡的热可塑型氨基甲酸乙酯树脂；座：尼龙12；抗折套管：聚酯弹性体。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	82	导引导丝	900	产品有导管、尖端软管、套节和抗折套管/插入器组成。导管内层和外层材料为含硫酸钡的聚氨酯和聚酰胺弹性体的混合物，中层为不锈钢织网。尖端软管材料为含硫酸钡的聚氨酯，套节材料为尼龙，抗折套管材料为聚酰胺弹性体，插入器材料为聚乙烯。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期36个月。
	83	微导管	2890	该产品由导丝和塑形针组成，导丝由锥形芯丝和绕丝构成。绕丝前端为不透X射线铂/镍合金簧圈，后端为SUS304不锈钢簧圈；锥形芯丝前端为镍钛合金丝，后端为SUS304不锈钢丝；导丝尖端涂有硅油涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。

10	84	粘蛋白创面修复敷料	315	蛋白修复敷料：生物制剂，可形成微观生物膜，并且有抗炎止痛止痒的功效。能在有渗出液的环境下促进创面愈合，能对鼻腔术后、损伤等形成的创面有效的防护和治疗。
11	85	血流重建装置	32124	该产品由一个预装在保护套内Solitaire FR血流重建装置连接一条推送金属丝组成。其中血流重建装置和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。不透射线标记为90%铂/10%钽合金材料制成。该产品经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用
	86	微导管	2366	该产品为过导丝型单腔微导管，包装内有一个蒸汽塑形针，导管的管体由带有304V不锈钢支撑线圈的聚醚酰胺聚合物材料制成，内衬聚四氟乙烯，管体外表面涂有透明质酸涂层；座的材料为聚丙烯，导管远端有一个或两个铂/钽合金不透射线标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用
	87	导丝	4200	该产品由导丝、导丝导入器和扭矩装置组成。导丝的制造材料：芯丝：不锈钢，远端线圈：铂钨合金；焊接点：锡银；聚合物护套，含有钨的聚氨酯，外涂覆亲水涂层，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	88	颅内支撑导管	12000	该产品是一根单腔、有弹性的、由不同硬度的复合材料制成的导管。导管的管身带有亲水涂层；管身使用镍钛合金线圈层加强；可在X射线下显影。导管内腔可容纳不超过0.038英寸的导丝，以辅助导管的到位；内衬为PTFE。导管远端有铂金不透射线的标记带；近端带有鲁尔接头，可连接配件和通过该系统注射液体。环氧乙烷灭菌，一次性使用
	89	宫腔造影管	19.00	供临床人体宫腔造影通液用。
	90	床单元消毒剂	10.00	适配四川奥洁床单元消毒机
	91	一次性使用鼻氧管	1.36	与输氧系统连接，供人体吸入氧气用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	92	塑料量杯	13.00	用作量取各种不同体积的液体之用,或在不规则的固体物质,作体积计算用。
	93	不锈钢服药杯	2.80	存放药物用
	94	砂轮	0.62	一种固结磨具
	95	施可瑞脚轮	380.00	病床、治疗车、送药车等配件
	96	U型架	38.00	国产
	97	不锈钢三联屏风	1160	分隔、美化、挡风、协调等作用
	98	不锈钢手术托盘架	620	国产
	99	不锈钢双层器械台	1100	国产
	100	不锈钢污物车	1120	国产
	101	插式输液杆	80	用于临床输液使用
	102	治疗车	1,050.00	国产，不锈钢制成
	103	平行床垫	360.00	用于病床配套使用
	104	器械柜玻璃	200.00	器械柜维修配件
	105	器械柜隔板	220.00	器械柜维修配件
	106	抢救车安全带	50.00	抢救车配件
	107	输液架	200	与输液器具配套，不接触输液液体，供医院为患者静脉输注药液等用。
	108	双层治疗车	1400	国产、不锈钢、双层
	109	双层治疗台	1450	国产、不锈钢、双层
	110	碳钢氧气瓶推车	560	国产，氧气瓶推送、转运使用
	111	污物袋	120	用于装盛污染物。
	112	仪器车	980.00	不锈钢，用于摆放仪器设备
	113	中控刹车双轮	540.00	治疗车、仪器车、等配件
	114	服药盒	15.00	用于存放药品。
	115	抢救车大气簧	240.00	抢救车配件
	116	三折床垫	360.00	用于病床配套使用
	117	灯泡	48.00	无影灯使用
	118	灯珠	60.00	无影灯使用
	119	不锈钢治疗盘	57.00	供医疗部门用于盛载消毒液、敷料。
	120	不锈钢换药碗	13.00	国产，供医疗机构放置物品用。
	121	不锈钢镊子筒	23.00	国产，供医疗机构放置物品用。
	122	不锈钢三瓶架	21.00	国产，供医疗机构放置物品用。

123	不锈钢油膏罐	18.00	国产，供医疗机构放置物品用。
124	不锈钢有盖方盘	48.00	国产，供医疗机构放置物品用。
125	不锈钢治疗杯	26.00	国产，供医疗机构放置物品用。
126	不锈钢启闭式消毒盒	66.00	国产，供医疗机构放置物品并用于消毒。
127	不锈钢酒精瓶架	15.00	国产，供医疗机构放置物品用。
128	不锈钢双瓶架	15.00	国产，供医疗机构放置物品用。
129	X线胶片观片灯	920	用于观察医用诊断胶片。
130	标准对数视力表箱	450.00	国产，用于视力检测。
131	观灯片电子镇流器	110.00	观片灯维修配件
132	钛合金气管套管	98.00	产品用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。
133	医用润滑油（石蜡油型）	6.50	医用润滑油是由液状石蜡（多种液体烃混合物）而制成的无色、无味、透明液体。
134	耳式体温计耳套	1.85	配套耳式体温计使用。
135	病历夹	28.00	用于临床科室夹放病历用。
136	髂骨穿刺针	120.00	供人体髂骨穿刺抽取骨髓或注射药液用。
137	骨髓活检针	275.00	本产品用于从骨髓抽取样本，用于骨髓活检。
138	腰椎穿刺针	16.20	本产品供对人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用。
139	电子天平	1150	用于精密计量
140	爱迪生镊	53.00	国产，各型号，供手术时镊夹细软组织或缝针用。
141	鼻镜	94.00	国产，各型号，用于检查鼻腔的器械
142	鼻用镊	44.00	国产，各型号，用于镊取或分离组织。
143	扁桃体圈断器	880	国产，各型号，用于喉科手术中圈断截取扁桃体。
144	胆道探条	910	国产，各型号，用于扩张组织。
145	二叶气管扩张钳	140	国产，各型号，本产品供气管切开时作扩张气管用。
146	分离结扎钳	310	国产，各型号。供手术时夹持血管或组织用
147	敷料镊	22.60	国产，各型号。用于夹持器械、辅料。
148	腹壁拉钩	130.00	国产，各型号。用于手术时牵拉组织。
149	腹壁牵开器	693.00	国产，各型号。用于腹部手术时，牵开手术切口，暴露手术视野
150	宫内节育环取放器	12.60	国产，各型号。用于取放节育环时使用的器械。
151	骨盆测量计	243.00	国产，用于测量骨盆外部直径。
152	辊轴植皮刀片	58.00	国产，供皮肤移植时取皮用。
153	海绵钳	81.00	国产，用于钳夹器械。
154	肋骨合拢器	360	国产，用于心、胸外科手术时作肋骨合拢。
155	脑吸引管	152.00	国产，供脑外科手术时吸引血液及液体用。
156	脑压板	127.50	国产，用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。
157	尿道扩张器	301.00	国产，尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。
158	人流吸引管	25.00	国产，用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。
159	手术刀柄	46.00	国产，安装手术刀片后用于切割人体软组织。
160	手术剪	52.00	国产，用于剪切人体组织、皮肤
161	双关节咬骨钳	1,167.00	国产，用于咬取死骨或修整骨残端。
162	双翼阴道扩张器	55.00	国产，用于露出阴道内部供检查或手术。
163	无镀层肾蒂钳	392.00	国产，供钳夹肾蒂血管用。
164	显微持针钳	790.00	国产，用于显微手术时夹持缝针
165	显微眼用剪	254.80	国产，用于眼科手术时剪切眼内组织
166	线锯	90.00	国产，用于开颅手术时锯颅盖骨。
167	胸腔镊	44.00	国产，用于夹持软组织。
168	咽喉镜	11.59	国产，供耳鼻喉科检查咽喉部用。
169	眼用镊	29.30	国产，用于眼科手术时夹持眼部组织
170	眼用手术剪	53.00	国产，用于剪切眼内组织
171	医用镊	20.00	国产，用于夹持人体组织。
172	扎丝	65.50	国产，供骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。
173	子宫刮匙	68.00	国产，用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。
174	子宫颈活体取样钳	600.00	国产，用于妇产科切除组织用。

175	子宫颈扩张器	16.75	国产，用于扩张子宫颈。
176	子宫颈钳	75.00	国产，用于妇产科切除、夹持、固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
177	子宫探针	12.74	国产，用于插入子宫腔内确定子宫的深度。
178	组织拉钩	64.50	国产，用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野。
179	组织钳	51.00	国产，组织钳用于手术中夹持皮肤、筋膜等人体组织用
180	非接触式电子体温计	350.00	国产。用于测量人体温度
181	异物针（眼科针镊）	85.00	国产，用于眼科手术中，穿刺囊膜、或牵拉前囊膜及纤维膜。
182	眼睑拉钩	75.00	国产，用于眼科手术时牵拉眼部组织。
183	开睑器	12.00	国产，用于眼科手术或检查时撑开眼睑。
184	泪点扩张器	38.00	国产，用于眼科手术时扩张泪道口。
185	单头直角拉钩	96.00	国产，用于手术时牵拉组织、皮肤。
186	叩诊锤	45.00	国产，叩诊锤适用于配合普通外科、神经科诊断时，敲打人体、刺激穴位。
187	弹力网状弹力帽	1.55	弹力网状绷带帽是以涤纶及氨纶包芯纱为原材料，经纺织缝制而成，它由帽身及帽带组成。弹力网状绷带帽用于固定脑外科伤口敷料用。以起到包扎、固定的作用。
188	三色服药杯	1.10	用于存放药品。
189	单钩自动牵开器	420	国产，用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
190	男用导尿管	251.00	男用导尿管由管身、接头、鸡心组成。供男性尿道狭窄、闭塞症作引流排尿用。
191	150MM施可瑞脚轮	380	治疗车、送药车等维修配件
192	304不锈钢换药碗	13	国产，供医疗机构放置物品用。
193	304不锈钢镊子筒	18	国产，供医疗机构放置物品用。
194	304不锈钢腰子盘	16	国产，供医疗机构放置物品用。
195	304不锈钢治疗盘	65	国产，供医疗机构放置物品用。
196	Cr304盆子	39	国产，供医疗机构放置物品用。
197	按摩床	500	国产
198	鼻剥离器	190	国产，用于耳鼻喉手术中剥离粘膜、骨膜。
199	鼻剪	176	国产，用于剪切鼻腔内软组织。
200	鼻中隔咬骨钳	550	国产，用于钳取鼻腔内组织或取样。
201	扁桃体用钳	120	国产，用于钳取喉部软组织、异物或取样
202	病床ABS摇手总成	60	病床维修配件
203	病床床脚	200	病床维修配件
204	病床丝杆	220	病床维修配件
205	玻璃火罐	7.5	适用于拔罐疗法。
206	不锈钢方盘	57	国产，供医疗机构放置物品用。
207	不锈钢盆子	24	国产，供医疗机构放置物品用。
208	不锈钢腰子盘	42	国产，供医疗机构放置物品用。
209	产钳	1100	国产，用于在产道里夹紧胎儿头部，并施以牵拉，便于分娩或固定胎儿头颅。
210	肠钳	150	国产，用于肛肠科手术时夹持肠组织。
211	持骨钳	520	国产，用于骨科手术中夹持骨骼用。
212	持针钳	165	国产，用于夹持缝合针、金属夹等器械
213	持针钳（镶片）	900	国产，用于夹持缝合针、金属夹等器械
214	出诊包	1150	国产，用于外出放置医用物品
215	床垫	360	配套病床使用
216	创口钩	75	国产，用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
217	大腹钩	140	国产，用于腹部手术时牵拉组织、皮肤。
218	弹力绷带	50	国产，各型号。用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
219	盯聆钩	160	国产，供钩取外耳道盯聆或异物用。
220	订做盐水瓶架	150	国产，供临床输液使用。
221	订做治疗车	1050	国产，不锈钢材质
222	耳用吸引管	330	国产，供耳科手术时吸液及冲洗用
223	方框	80	治疗车、药品推车等维修配件
224	更换无菌推车载重轮	550	推车维修配件
225	宫内节育器取出钳	220	国产，用于宫内节育器取出。
226	骨锤	200	国产，用于骨科手术时作敲击。
227	骨锉	198	国产，用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。

228	骨膜剥离器	125	国产，用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织
229	骨粘膜刀	195	国产，主要用于切除、截断骨。
230	刮宫片	0.37元	国产，用于妇科检查。
231	海尔冰箱	1450	供临床冷藏物品使用
232	荷包成型器	1250	国产，用于消化道、阑尾等手术时做荷包缝线成型。
233	会阴剪	55	国产，用于妇产科手术时剪开子宫组织
234	间接喉钳	720	国产，用于钳取喉部软组织、异物或取样。
235	睑板腺囊肿锐匙	60	国产，供眼科睑板腺囊肿手术时用。
236	角膜剪	310	国产，用于剪切眼内角膜组织
237	角膜异物针	90	国产，用于探、拨、挑和刺眼组织。
238	脚轮	60	治疗车、送药车等维修配件。
239	脚踏台	480	治疗车、送药车等维修配件。
240	截骨刀	200	国产，用于切除、截断骨。
241	精细剪	105	国产，用于剪切人体组织、皮肤。
242	开颅手术器械包	65	国产，供实施颅脑外科手术用。
243	口腔开口器	124.2	国产，用于口腔手术中保持口腔开启。
244	肋骨牵开器	810	国产，供胸外科手术时作肋骨牵开用。
245	立式冷光单孔手术灯	790	国产，用于手术照明
246	立式输液架	210	供医院为患者静脉输注药液等用。
247	利器盒挂框	40	国产，将利器盒挂于治疗车上
248	量杯	13	用作量取各种不同体积的液体之用，或对不规则的固体物质，作体积计算用。
249	流产吸引管	25	国产，用于供早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。
250	脉搏血氧仪	1450	国产，适用于医院、家庭血氧饱和度及脉率无创监测。
251	磨砂玻璃	200	供临床存放物品
252	脑用镊	385	国产，供脑内手术时夹取敷料、脑内细软组织、脑内肿瘤及其包膜用。
253	红外线耳式体温计	350	用于测量人体耳道温度。
254	灯泡	48	无影灯使用
255	帕巾钳	71	供外科手术时固定帕巾用
256	陪伴椅维修	60	陪伴椅维修
257	清洗篮框	510	国产，供医院消毒灭菌时使用
258	驱血带	30	国产，减少手术中创口出血。
259	取石钳	350	国产，用于直视下实施手术时夹持组织或器械。
260	乳突骨凿	98	国产，用于在耳鼻喉科手术中修整骨骼、取骨和凿骨。
261	乳突牵开器	1600	国产，用于耳鼻喉科手术时作牵开耳后乳突显露手术视野。
262	三角巾急救包	19	国产，适用于医疗现场的紧急救护、病人的急救处理。
263	三联屏风	1180	国产，遮挡、隔断使用。
264	舌钳	110	国产，供钳夹及牵出退缩舌体用。
265	深部拉钩	76	国产，用于手术时牵拉组织、皮肤。
266	升降圆凳	540	国产，供临床医护人员手术、治疗时使用。可旋转、可调节高度。
267	手术刀片	3.6	国产，产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。各规格型号
268	手术辅助移动式照明灯(冷光源灯)	790	国产，用于用于手术室辅助照明
269	手术圆凳维修	60	手术圆凳维修
270	双层器械台	1470	国产，不锈钢材质，双层
271	丝扣脚轮	50	治疗车、送药推车等维修配件
272	送药车维修	60	送药车维修
273	托腿架	120	国产，用于脊柱、颈椎、骶椎的后路手术时支撑患者。
274	外科换药架	460	国产，不锈钢材质
275	万能拉钩	125	国产，用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
276	稳压器	1450	国产，电流波动较大的电器输出电压控制在一定的范围内，以保证电路的通畅和电器的正常使用。
277	污物车	1140	国产，不锈钢
278	显微耳用剪	1620	国产，供剪切耳道内的肉芽、乳头瘤用。
279	线锯导引板	62	国产，线锯导引板
280	香柏油	15	国产，用作显微镜油

	281	小儿尿袋	0.8	国产，用于向外引出并收集体内液体。
	282	胸腔组织钳	440	国产，用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管、器械。
	283	眼用剪	53	国产，用于剪切眼内组织
	284	氧气瓶推车 轮子	60	氧气瓶推车维修配件
	285	一次性床罩	10	适配四川奥洁床单元消毒机
	286	一次性使用肠营养管	4.5	国产，本产品通过插入病人的口、鼻将营养液或食物灌注到病人的胃肠道、也适宜做肠胃减压。
	287	一次性使用服药杯	1.18元	用于存在药品
	288	一次性使用宫腔通液造影管	19	国产，供临床人体宫腔造影通液用。
	289	一次性使用量杯	13	用作量取各种不同体积的液体之用,或对不规则的固体物质,作体积计算用。
	290	一次性使用吸痰管	2.8	国产，用于气管插管和气管切开手术时作治疗性吸引用。
	291	一次性使用阴道扩张器	0.6	国产，该产品由上、下叶和手柄组成。产品应无菌提供，一次性使用。该产品适用于妇科诊查或清洗阴道时使用。
	292	婴儿推车	1100	国产，用于新生儿的转运
	293	诊断床	630	国产，本产品主要适用于各医疗机构病人住院使用。
	294	整形镊	62	国产，用于烧伤(整形)手术时夹持组织。
	295	止血钳	205	国产，用于夹持人体内血管、组织以止血。
	296	中耳息肉钳	1150	国产，用于钳取耳道内组织或异物。
	297	综合组织剪	127	国产，用于剪切人体组织、皮肤。
	298	组织剪	57	国产，用于剪切人体组织、皮肤。
	299	组织镊	525	国产，用于夹持人体组织或敷料。
	300	一次性使用引流袋（精密型）	42	规格：大于2500ml
13	301	双腔支气管插管	460	产品由支气管插管和附件组成。其中支气管插管由管体、气管套囊、支气管套囊、充气管、指示球囊、单向阀、四通、延长管、接头、导芯(仅限右侧型)组成，附件由多功能接头、呼吸道用吸引导管组成。1.1呼吸道用吸引导管应为具有医疗器械注册证的产品。1.2 气管套囊与支气管套囊的直径应为标称尺寸±15%。1.3右侧型双腔管：1.3.1气管段与支气管段过渡处应为一个光滑的斜面，斜面角(斜面与气管段管体轴线的夹角)应不大于45°。1.3.2支气管段与气管段夹角为145°±20°，气管段弯曲夹角140°±20°。1.3.3双腔支气管段应有墨菲孔，其截面积应不小于单腔面积的80%。1.4左侧型双腔管：1.4.1气管段与支气管段过渡处应为一个光滑的斜面，斜面角(斜面与气管段管体轴线的夹角)应不大于45°。1.4.2支气管段与气管段夹角为135°±20°，气管段弯曲夹角140°±20°。1.5 气管套囊和支气管套囊应能承受3kPa的正压不破裂。1.6 延长管与支气管段连通的应采用蓝色，与气管段连通应采用白色。1.7 充气管的直径应不大于2.5mm，长度应大于180mm。1.8 单向阀注入口应符合GB/T1962.1-2015规定的6:100的内圆锥接头的要求。1.9 接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求。1.10支气管插管的四通、延长管、管体应结合牢固，在施加15N的静拉力作用下，持续15s，各连接处不应分离或脱落。1.11 支气管插管充气系统应密封良好，在承受3kPa正压下，持续10s，装配好的支气管插管(充气管与支气管插管、指示球囊与充气管、套囊与支气管插管)不得有漏气现象。1.12 刻度线:1.12.1双腔管起始刻度线距病人端的距离应为标识距离的±1mm，刻度线之间间隔应为标识距离的±1mm。1.12.2刻度线应不易脱落。1.13 多功能接头1.13.1Y形三通接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求。1.13.2双耳三通应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm内圆锥接头的要求。1.13.3多功能接头中各连接处应密封良好，在承受3kPa正压下，将多功能接头完全浸没水中，持续10s，不得有连续气泡冒出。1.13.4双耳三通和直角三通连接后应旋转灵活无卡滞。1.14化学性能:1.14.1双腔管的检验液中总金属含量不得超过5ug/ml，铜的含量应不大于0.1ug/ml。1.14.2双腔管的检验液与同批对照液做对照，PH值之差应≤1。1.14.3采用环氧乙烷灭菌，双腔管的环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。1.15 双腔管应无菌。1.16 外观:1.16.1插入管体内的导芯的头部应圆钝，整体应光滑。1.16.2双腔管均应无明显可见的机械杂质、注塑或挤出等成型缺陷1.16.3支气管插管的病人端部及斜面应光滑、应无毛刺。1.16.4双腔管标记、刻度线的印刷应准确清晰无脱墨现象。
	302	子宫颈扩张球囊	280	产品由导管、阴道球囊、子宫球囊、U充盈头、V充盈头组成。导管长约33.5cm,球囊大小约80ml。一次性使用。
15	304	艾绒片	3.8	一种由医用胶制成规格为70的隔物灸仪使用绒片，使用温度为0-40℃，湿度<70%。艾绒由湖北蕲春艾草（中国国家地理标志产品），按20:1的比例制作而成；胶布包裹亲肤，无刺激。
16	305	人工关节	14000.00	适用范围：该产品供骨科手术时股骨颈骨折、髋关节先天性发育不良等髋关节疾病作骨科手术使用。二、1.远端柄.可360度调整假体前倾角的组配式假体，远端直径最小仅为6mm，依次1mm或2mm递增。2.袖套，与标准柄远端配套使用，尺寸以B、D—SML、LRG号表示；B、D袖套外径分别为近端直径+3mm/5mm；3.双极杯.提供带有偏心度的球头，优化压力传导和分布；型号为39-65，内径都为28。4.庆大霉素中粘度骨水泥.内含庆大霉素，骨水泥粉末为40g，骨水泥液体18.88g；提供三种粘度，室温19℃时，最高工作时间可达9分50秒。5.金属头.与标准柄配套使用，提供11/13锥度锁定。