

2022年部分重采医用耗材清单

包号	序号	项目名称	预购单价（元）	参数
1	1	一次性使用无菌阴道扩张器	1.1	一次性使用无菌阴道扩张器由上叶、下叶和手柄组成。适用于妇产科检查用，需挂网产品
2	2	微导管导丝系统（微导丝）	1200	导丝外径（0.53mm/0.021inch），长度165cm，头端角型，可塑形，配套组件导丝、钮控装置、通丝针。
	3	微导管导丝系统（微导管）	3200	导管远端外径（0.88mm/2.6Fr.），近端外径（0.99mm/2.9Fr.），内径0.69mm/0.027inch，有效长度125cm，头端可塑性，配套组件导管、冲洗器、塑型针。
3	4	口服液体药用高密度聚乙烯瓶	0.35	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质要求：口服液体高密度聚乙烯瓶 2. 外观：厚薄均匀，表面光洁，无脱落物，不得有气泡和油污。 3. 装量：10ml 4. 结构要求：有防盗盖，三件套式，灌装口径不得小于8mm。
	5	聚丙烯软膏盒	1.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质要求：聚丙烯。 2. 外观：厚薄均匀，表面光洁，无脱落物，不得有气泡和油污，盒口和盒盖配合适宜。 3. 软膏盒装量：23g 4. 软膏盒本身重量差异：±0.3g 5. 结构要求：由箱体、盒盖、附属于盒盖内部的复合封口垫片构成。垫片直接接触药品面材质为聚丙烯。

4	6	热活检钳	644	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一次性使用，灭菌。 2. 组成：钳头、涂塑弹簧管、高频电接头口和手柄。 3. 材料：不锈钢材料符合GB/T1220-2007要求，ABS材料符合GB-T12672-2009要求，FEP材料符合ANSI/ASTMD3368-2014要求。 4. 外管有涂层。 5. 钳头形状包括：平口型、鳄齿型、和混合齿。 6. 钳头直径包括以下：1.6mm/1.8mm/2.3mm/2.6mm。 7. 钳头开口大小：4.5mm或6.7mm。 8. 外管长度包含：300mm/500mm/800mm/1000mm/1200mm/1600mm/1800mm/2000mm/2300mm。 9. 用途：内窥镜下，组织标本的钳取和息肉摘取。 10. 国产。
	7	一次性使用高频切开刀	2980	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一次性使用，灭菌。 2. 组成：由刀头组件，外管，手柄组件，电极座组件，中管，绝缘件，密封圈组成。 3. 刀头形状分为I型、T型、O型、IT型。 4. 外管含涂层。 5. 刀头长度：1.5mm或2mm或4mm。 6. 外管为1650mm或1950mm或2350mm长度。 7. 插入部直径≤2.8mm。 8. 用途：与内窥镜和高频电刀配合使用，通予高频电流，切开消化道组织。 9. 注水功能，且配备注水泵。 10. 材料：刀头为06Cr19Ni10材质制成，外管由PTFE材质制成，中管由06Cr19Ni10材质制成，手柄组件由ABS材质制成。 11. 刀头防粘连的金属涂层。 12. 国产。